



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

*Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος*

ΤΗΛ.: 2521350222

FAX : 2521025997

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

**ΑΔΑ: ΩΓΓΤ4690ΒΡ-ΩΕ1**

**ΔΡΑΜΑ 04.02.2019**

**Αρ.Πρωτ.: 1883**

**ΘΕΜΑ :**

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

**ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ**

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»** για το Γ.Ν.Δράμας για την κάλυψη αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν την Τεχνικο-Οικονομική τους προσφορά από **05.02.2019 έως και 14.02.2019 14:00μμ.**

**Χρόνος ισχύος προσφορών:**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

**Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 14.02.2019 και ώρα 14:00 μ.μ.**

**Υποβολή Προσφορών:**

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας,

ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»,**

**υπόψη κου Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, ΤΗΛ.:2521350222, FAX:2521025997.**

### Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφορά σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Διακήρυξης όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### **ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΦΟΡΗΤΗ (ΕΛΑΦΡΙΑ)**

#### ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης , να περιέχει σπόγγο αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
  - A)** Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3 cm ±3
  - B)** Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3.3 cm ±3
  - Γ)** Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3.3 cm ±3
- Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης, να περιέχει σπόγγο με ιοντικό άργυρο ομοιογενώς κατανομημένο στη δομή του, αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα απορρόφησης με φίλτρο και αυτοκόλλητη μεμβράνη αποστειρωμένη του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.
  - A)** Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης small, 10 x 7,5 x 3.3 cm ±3
  - B)** Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης medium, 18 x 12,5 x 3.3 cm ±3
  - Γ)** Σετ σπόγγου συστήματος αρνητικής πίεσης large, 26 x 15 x 3.3 cm ±3

Σετ σπόγγου κοιλίας, να περιλαμβάνει 2 πράσινους σπόγγους πολυουρεθάνης οβάλ, 1 προστατευτική μεμβράνη κοιλίας, 4 διαφανείς κολλητικές μεμβράνες πολυουρεθάνης, 2 δίσκους αναρρόφησης από σιλικόνη με ενσωματωμένη κολλητική επιφάνεια και 1 συνδετικό σωλήνα Υ, σε διαστάσεις 39,1 x 26,1 x 1,78 cm ±3.

#### ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml.

- A)** Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 400 ml.
- B)** Να αποτελείται από το ειδικό κλειστό δοχείο με χωρητικότητα από 1100 ml.

### **ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:

1. Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230 mmHg.
2. Δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και μεταβαλλόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης.
3. Ελαφριά αντλία με βάρος 700-800gr.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΛΙΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**