



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Γραφείο Προμηθειών
Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού
Πληροφορίες: Μπαλτατζή Ιωάννα

ΤΗΛ: 2521350256/319

ΦΑΞ: 2521020180

E-mail: diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr

Δράμα 10/04/2019

Αρ. Πρωτ:5572

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
 ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα:

- Τις διατάξεις του Άρθρ. 2 / παραγρ.31 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.
- Τις διατάξεις του Άρθρ. 118 «Απευθείας ανάθεση» & 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» περ. 3 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να υποβάλουν την προσφορά τους από **10/04/2019 έως και 17/04/2019** ή στο ΦΑΞ 2521020180 ή στο e-mail: diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr .

Η Προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από:

1. ΕΚΕΒΥΛ- CMDN – CVP - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ (ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μη ένταξης του είδους σε κάποιο από τα προαναφερθείσα).
2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες / 6 μήνες.
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εν λόγω Πρόσκλησης, παρακαλούμε απαντήστε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, με σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή της Διαδικασίας.
4. Σε περίπτωση που η Μειοδότη Εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο της Παραγγελίας εντός 4-5 ημερών, αυτή θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και το Νοσοκομείο θα περάσει στην αμέσως επόμενη Μειοδότη Εταιρεία, χωρίς εκ νέου ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:

1.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
ΜΟΝΗΣ Η/ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να είναι μικρού όγκου και βάρους.

- Να είναι για χρήση σε κλινικές και νοσοκομεία για περιόδους μακροχρόνιας χρήσης.
- Να διαθέτει σύστημα 2 φάσεων **αυτόματης λειτουργίας**.
 - Η 1η φάση να πραγματοποιεί τη διέγερση του αντανακλαστικού διάθεσης μητρικού γάλακτος.
 - Η 2η να ενεργοποιείται αυτόματα πραγματοποιώντας την αποσυμφόρηση του στήθους, καθιστώντας έτσι τη συσκευή να μπορεί να μιμηθεί τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του βρέφους.

Να δέχεται αναβαθμίσεις και ενημερώσεις λογισμικού εύκολα, με την τοποθέτηση ειδικής κάρτας.

- Να υπάρχει δυνατότητα **εναλλαγής ειδικού προγράμματος**, για την άντληση του πρωτογάλακτος (πύαρ).
- Να διαθέτει **αυτόματη ρύθμιση των κύκλων** άντλησης ανάλογη με το επίπεδο κενού.
- Να διαθέτει **ξεχωριστό σύστημα** εμβόλου δημιουργίας κενού για διπλή – ταυτόχρονη άντληση.

Να είναι αθόρυβη και να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με **μονό ή διπλό σετ άντλησης (Ταυτόχρονη Άντληση)**.

Να μπορεί να δέχεται ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Πολλαπλών Χρήσεων

Να μπορεί να δέχεται ατομικά σετ άντλησης Μιας Χρήσης (Ετοιμα για Χρήση)

Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την ασφαλή **μεταφορά εντός κλινικής και για την εύκολη μετακίνηση για χρήση από τις μητέρες.**

2.ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤ.ΧΩΡ.500ΜΛ

3.ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ150- 180ml

4.ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ.ΜΕ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 100ΜΛ

5.ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΜΕ ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 250ΜΛ- 280ΜΛ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ