



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ 11.07.2019
Αρ.Πρωτ.: 9402

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

| A | ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ | ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3) | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | Φ.Π.Α | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|------------|---|---------------|----------|------------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1 | 6186 | Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης Δετές, με κορδόνια από το ίδιο υλικό. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser. | TEM | 5.000 | 0,0233 | 24% | 0,029 | 144,46€ |
| 2 | 6187 | Σκούφοι χειρουργείου ανδρών μίας χρήσης. Ολικής κάλυψης με άνοιγμα προσώπου. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε συσκευασία κουτιού dispenser. | TEM | 500 | 0,18 | 24% | 0,23 | 111,60€ |
| 3 | 6188 | Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ. χ. με λάστιχο πίσω. Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser. | TEM | 8.000 | 0,02980 | 24% | 0,037 | 295,61€ |
| 4 | 6777 | Σκούφοι χειρουργείου γυναικών μ.χ στρόγγυλη με λάστιχο γύρω, Διάτρητες ,μη αναφλέξιμες, κατασκευασμένες από non woven fabric υλικά, περιεκτικότητας Rayon 80% τουλάχιστον 27-30 gr/m2 ενιαίας διάτρησης ώστε να εξασφαλίζουν την απαραίτητη αεροδιαπερατότητα και να εμποδίζουν διοδο τριχών , απαλές ελαφριές, μεγάλης ανθεκτικότητας χωρίς να προκαλούν αλλεργίες. Σωστή και ανατομική εφαρμογή καλύπτοντας το τριχωτό της κεφαλής σε πρακτική συσκευασία κουτιού dispenser. | TEM | 1.000 | 0,0125 | 24% | 0,015 | 15,50€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|--------|--------|-----|--------|-----------|
| 5 | 5855 | Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Με κορδόνι με ικανότητα φίλτραρίσματος BFE 99%. Τριών στρωμάτων χωρίς υαλοβάμβακα (υποαλλεργικές με φίλτρο συγκράτησης μικροβίων και σωματιδίων, με επιρρίνιο μαλακό εσωτερικό έλασμα σε όλο το μήκος της μάσκας χωρίς να τραυματίζει στα άκρα, με κορδόνια ανθεκτικά, μη ερεθιστική, αδιάβροχη, αεροδιαπερατή χωρίς χημικά κατάλοιπα οσμής και χνούδι. Να διατηρείται στεγνή σε όλη την διάρκεια της επέμβασης | TEM | 60.000 | 0,0133 | 24% | 0,016 | 989,52€ |
| 6 | 5194 | Μάσκες χειρουργείου μ.χ. Μάσκες υψηλής προστασίας της αναπνοής (Respirators). Να φέρει βαλβίδα προστασίας και άνετης αναπνοής . Να είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό standard EN 149/2001 σε επίπεδο προστασίας FFP3. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε χειρουργικές επεμβάσεις. Να διαθέτει σήμανση CE . | TEM | 100 | 0,77 | 24% | 0,95 | 95,48€ |
| 7 | 5762 | Καλύμματα υποδημάτων μ. χ. πλαστικά, κοντά, με λάστιχο γύρω, ανθεκτικά,ικανού πάχους μη αποστειρωμένα. | TEM | 20.000 | 0,0090 | 24% | 0,012 | 223,20€ |
| 8 | 5418 | Βουρτσάκια καθαρισμού εργαλείων κεντρικής αποστείρωσης. α)Στρογγυλά με οδηγό σύρμα για εργαλεία με αυλό μήκους 30 και 45cm και διαμέτρου 5-7-10mm. | TEM | 10 | 6,00 | 24% | 7,44 | 74,40€ |
| 9 | 5422 | Βούρτσες χειρουργείου για πλύσιμο χεριών, μαλακές τύπου MARTIN πολλαπλών χρήσεων. | TEM | 50 | 1,60 | 24% | 1,98 | 99,20€ |
| 10 | 5423 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-2MM | TEM | 10 | 8,90 | 24% | 11,036 | 110,36€ |
| 11 | 6857 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ | TEM | 10 | 8,90 | 24% | 11,036 | 110,36€ |
| 12 | 6858 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΤΡΙΧΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 18,4CM ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ | TEM | 10 | 8 | 24% | 9,22 | 99,20€ |
| 13 | 7124 | ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡ.ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-3MM | TEM | 10 | 6,00 | 24% | 7,44 | 74,40€ |
| 14 | 5774 | Κερί αποστειρωμένο. | TEM | 100 | 1,65 | 13% | 2,046 | 204,60€ |
| 15 | 5621 | Θήκες αποστειρωμένες με τηλεσκοπικό δίπλωμα για ακτινολογική κασέτα. Ανθεκτικές ,διαφανείς ,με δυνατότητα χρήσης άσηπτης τεχνικής και μέγεθος κατάλληλο, ώστε να καλύπτει πλήρως την ακτινολογική κασέτα. | TEM | 600 | 0,62 | 24% | 0,70 | 420,36€ |
| 16 | 5339 | Αποστειρωμένα καλύμματα για τύπους των C-arm. 2)MOBILGLL. ΔΙΑΦΑΝ.ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΤΑΙΝ. ΣΥΓΚΡΑΤ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤ.ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ .ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΣΕ ΑΤΟΜ.ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.ΔΙΑΣΤ. 104x188 | TEM | 30 | 2,50 | 24% | 3,10 | 93,00€ |
| 17 | 6450 | Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια B1 . Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 34x35cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φιλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά | TEM | 30 | 6,00 | 24% | 7,44 | 223,20€ |
| 18 | 6451 | Χειρουργικά τεμνόμενα οθόνια B2 . Ιωδοφόρα σε διαστάσεις 56x45cm, οθόνια με αυτοκόλλητο ,διάφανο φιλμ , υποαλλεργικά , αντιστατικά - αντιθαμβωτικά –ακτινοδιαπερατά | TEM | 20 | 10,00 | 24% | 12,40 | 248,00€ |
| 19 | 7074 | Αδιάβροχα καλύμματα μ. χ. για χειρουργικό κρεβάτι 140x190cm. Μη αποστειρωμένα, δύο επιφανειών. Μία από non woven υπέρυφης, χονδρής διατομής και η δεύτερη από ισχυρό ανπιολισθητικό πλαστικό, ανθεκτικά στους χειρισμούς, στις καταπονήσεις και στην επαφή με υγρά, σε διαστάσεις 90mmX2,20cm. | TEM | 1000 | 3,65 | 24% | 4,52 | 4.526,00€ |
| 20 | 5459 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 8X30 (1/4) | TEM | 100 | 0,39 | 24% | 0,48 | 48,36€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|--------|--------|-----|--------|-----------|
| 21 | 5460 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 13X30 (1/2) | TEM | 100 | 0,39 | 24% | 0,48 | 48,36€ |
| 22 | 6739 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 10X30 (3/8) | TEM | 50 | 0,39 | 24% | 0,48 | 24,18€ |
| 23 | 6740 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 16X30 (5/8) | TEM | 50 | 0,39 | 24% | 0,48 | 24,18€ |
| 24 | 6980 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN ROSE 19X30 (3/4) | TEM | 50 | 0,39 | 24% | 0,48 | 24,18€ |
| 25 | 6494 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. Χειρουργικές λεπίδες αποστειρωμένες, (σε Νο10-11-12-15-20-21-22-23-24), αποστειρωμένες με Γ' ακτινοβολία ,από ανοξείδωτο χάλυβα με ισχυρή κοπτική επιφάνεια. Η συσκευασία να είναι ανά τεμάχιο, σε ανθεκτικό φύλλο αλουμινίου, να μην σχίζεται και να επιτρέπει το άνοιγμα με άσηπτη τεχνική και να αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο η ημερομηνία λήξης. Νο10-24 | TEM | 15.000 | 0,20 | 24% | 0,24 | 3,720,00€ |
| 26 | 7102 | Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκιερός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο8 | TEM | 5 | 3,08 | 24% | 3,82 | 19,097€ |
| 27 | 7103 | Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκιερός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα) Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο8,5 | TEM | 5 | 3,08 | 24% | 3,82 | 19,097€ |
| 28 | 7087 | Σωλήνες τραχειοστομίας με CUFF χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου, κυλινδρικού σχήματος αποστειρωμένοι (όλα τα μεγέθη). Με στρογγυλεμένο και ατραυματικό άκρο. Με οδηγό τοποθέτησης σταθερό πάνω στον σωλήνα χωρίς εύκολη αποσύνδεση. Ακτινοσκιερός καθ' όλο το μήκος Με ταινία σταθεροποίησης (φακαρόλα). Μίας χρήσεως,ατραυματικοί με ανατομικό σχήμα. Νο 7,5 | TEM | 5 | 3,08 | 24% | 3,82 | 19,097€ |
| 29 | 7086 | ΣΕΤ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ .ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ | TEM | 5 | 40,00 | 13% | 45,20 | 226,00€ |
| 30 | 5761 | Καλύμματα κεφαλής ενδοσκοπίων για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μ.χ. Αποστειρωμένα (13x235εκ.), μήκος 240 CM και άνω. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό διαφανές, με ασφαλές άνοιγμα και αυτοκόλλητο σταθεροποίησης της οπτικής. Τηλεσκοπικό δίπλωμα ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή άσηπτης τεχνικής. | TEM | 500 | 0,50 | 24% | 0,62 | 310,00€ |
| 31 | 6369 | Φίλτρα για αναρροφήσεις τύπου MEDELA | TEM | 50 | 7,30 | 24% | 9,052 | 452,60€ |
| 32 | 6142 | Σετ νησιδοστομίας αποτελούμενο από TROCAR και καθετήρα με οδηγό για εντερική διατροφή από την νήσιδα αντίστοιχο του INTESTOFIX. | TEM | 1 | 148,00 | 24% | 183,52 | 183,52€ |
| 33 | 5760 | Κάλυμμα τραπέζιου MAYO. (80x145) το απορροφητικό πεδίο να πληροί τις προδιαγραφές του EN 13795 Σάκος αποστειρωμένος μ. χ. , αδιάβροχος σε όλο το μήκος. Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων Με αντιολισθητική ενίσχυση. Ανθεκτικός στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία, με τηλεσκοπικό δίπλωμα για | TEM | 3.000 | 0,58 | 24% | 0,72 | 2.157,60€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|-------|-------|-----|-------|-----------|
| | | <p>άσηπτη εφαρμογή.</p> <p>Αποστειρωμένα. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά.</p> <p>Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση.</p> <p>Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> | | | | | | |
| 34 | 5340 | <p>Αποστειρωμένο κάλυμμα τραπεζιού σε διαστάσεις 150cmX180cm αδιάβροχο. αδιάβροχο καθ' όλο το μήκος Με ειδικό απορροφητικό πεδίο για την τοποθέτηση εργαλείων, ανθεκτικό στην επαφή με τα υγρά τις αλκοόλες και τα εργαλεία Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη Με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου που να επιτρέπει την άσηπτη τεχνική Σε ασφαλή και ανθεκτική συσκευασία.</p> <p>Το απορροφητικό πεδίο να πληροί τις προδιαγραφές του EN 13795 Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά Να μην απελευθερώνει χνούδι και άλλα σωματίδια κατά την χρήση Να είναι ανθεκτικό στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> | TEM | 3.000 | 0,78 | 24% | 0,97 | 2.901,60€ |
| 35 | 6448 | <p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν.Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 1-σινδόνι λαπαροτομίας με σπή ανοίγματος σε διαστάσεις 20X30cm περίπου. Με ενσωματωμένο τεμνόμενο οθόνιο. Με στήριγμα σωλήνων και διαθερμίας Με αντιολησθητική επιφάνεια τοποθέτησης εργαλείων Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική.</p> | TEM | 10 | 15,00 | 24% | 18,60 | 186,00€ |
| 36 | 6449 | <p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ και ΕΟ .Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη.</p> <p>Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν.Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει</p> | TEM | 10 | 17,63 | 24% | 21,86 | 218,61€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-----|-------|-----|-------|-----------|
| | | υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 2-κάλυμμα λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με πλευρικές θήκες τοποθέτησης εργαλείων. Με οπή χειρουργικού πεδίου 30x35cm περίπου με περιμετρικό αυτοκόλλητο. Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων Σε διαστάσεις ικανές να καλύπτουν όλη την χειρουργική τράπεζα για άσηπτη τεχνική. | | | | | | |
| 37 | 6443 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 3-κάλυμμα θυρεοειδεκτομής με ρομβοειδή οπή χειρουργικού πεδίου 13X13cm περίπου. Με απορροφητική αντιμικροβιακή ενίσχυση και αντιολισθητική περιοχή τοποθέτησης εργαλείων Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων. Σε διαστάσεις 250x300cm περίπου . Με ενδείξεις σωστού ξεδιπλώματος | TEM | 10 | 10,30 | 24% | 12,77 | 127,72€ |
| 38 | 6444 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 4- κάλυμμα διουρηθρικών T.U.R.επεμβάσεων με σάκο περισυλλογής υγρών, φίλτρο διήθησης και βαλβίδα παροχέτευσης να φέρει δακτυλική οπή με κάλυμμα δακτύλου οπή χειρουργικού πεδίου ενσωματωμένα ποδονάρια σε διαστάσεις 300x250cm περίπου. | TEM | 200 | 4,30 | 24% | 5,33 | 1.066,40€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|-----|------|-----|-------|-----------|
| 39 | 6436 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία. Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν . Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 5- κάλυμμα καισαρικής με αυτοκόλλητο οθόνιο, (steri drape) και ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής υγρών 180° με βαλβίδες παροχέτευσης και έλασμα μορφοποίησης. Με οπή διαστάσεων 30X35cm και αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθόνιο. Με απορροφητική ενίσχυση Με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων. Με πλευρικές προεκτάσεις κάλυψης χεριών. | TEM | 200 | 8,50 | 24% | 10,54 | 2.108,00€ |
| 40 | 6437 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 6- κάλυμμα αρθροσκόπησης με αδιάβροχη ενίσχυση και σάκο περισυλλογής υγρών με βαλβίδα παροχέτευσης και έλασμα σάκου. Να φέρει στηρίγματα καλωδίων και σωλήνων. Με δύο ελαστικές οπές 6cm. Διαστάσεις 250X315cm | TEM | 50 | 5,50 | 24% | 6,82 | 341,00€ |
| 41 | 6446 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και | TEM | 50 | 0,18 | 24% | 0,22 | 11,16€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|-----|------|-----|-------|---------|
| | | στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. β-πεδίο σχιστό μικρό κατάλληλο για μικροεπεμβάσεις με οπή σε διαστάσεις 50X60cm | | | | | | |
| 42 | 6447 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 9-πακέτο γενικής χειρουργικής, αποτελούμενο από: κάλυμμα τραπέζιου ΜΑΥΟ, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση, κάλυμμα κεφαλής αυτοκόλλητο, κάλυμμα ποδιών αυτοκόλλητο,2 πλευρικά καλύμματα αυτοκόλλητα, κάλυμμα τραπέζιου αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση. | TEM | 20 | 0,80 | 24% | 0,99 | 19,84€ |
| 43 | 6439 | Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία . Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου.Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 10-πακέτο ορθοπεδικών επεμβάσεων αποτελούμενο από: κάλυμμα τραπέζιου ΜΑΥΟ, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση, κάλυμμα τραπέζιου αποστειρωμένων, αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση,4 τετράγωνα αυτοκόλλητα, κάλτσα stockinette, ελαστική αδιάβροχη, σχιστό κάλυμμα σχήματος U, αυτοκόλλητο, κάλυμμα άκρου με αυτοκόλλητο, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων, κάλυμμα κεφαλής με αυτοκόλλητο και απορροφητική ενίσχυση, με στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων, υπερενισχυμένες χειρουργικές μπλούζες αδιάβροχες, πετσέτες χειρών απορροφητικές. | TEM | 50 | 7,60 | 24% | 9,42 | 471,20€ |
| 44 | 6440 | Χειρουργικά πεδία μ.χ αποστειρωμένα 11-κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ | TEM | 200 | 1,70 | 24% | 2,108 | 421,60€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|----|------|-----|-------|---------|
| | | <p>.Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων. Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν. Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 11-κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων ισχίου σχήματος U με αυτοκόλλητη επιφάνεια.</p> | | | | | | |
| 45 | 6441 | <p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό.</p> <p>Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση. Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 12-. κάλυμμα ορθοπεδικών επεμβάσεων γόνατος, κάτω άκρου με ελαστική στρογγυλή οπή, απορροφητική ενίσχυση, στηρίγματα σωλήνων και καλωδίων.</p> | TEM | 50 | 3,80 | 24% | 4,71 | 253,60€ |
| 46 | 6435 | <p>Χειρουργικά πεδία μ. χ αποστειρωμένα , με ακτινοβολία γ' και ΕΟ. Υγροαπωθητικά ,αδιάβροχα, ανθεκτικά στους χειρισμούς και στην επαφή με τα υγρά και τις αλκοόλες. Σε ασφαλή ανθεκτική συσκευασία .Η συσκευασία και το δίπλωμα να επιτρέπουν την άσηπτη τεχνική με εσωτερικό δίπλωμα φακέλου. Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και ελαττωμένη μηχανική μνήμη. Να καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.</p> <p>Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα ιδιαίτερων υλικών και σωματιδίων που να μπορεί να ελευθερωθούν .Να είναι ανθεκτικά στην διάτρηση σε υγρή και στεγνή κατάσταση.</p> <p>Το αυτοκόλλητο των οθονίων όπου υπάρχει, να μην δημιουργεί τραυματισμό και αλλεργίες στο δέρμα να μην αφήνει υπολείμματα και να μην κολλά στα γάντια. 14-πακέτο αρθροσκοπικών επεμβάσεων να αποτελείται από Κάλυμμα αρθροσκόπησης με σάκο περισυλλογής υγρών και διπλή</p> | TEM | 50 | 8,10 | 24% | 10,04 | 502,20€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-------|--------|-----|--------|-----------|
| | | ελαστική οπή , με έλασμα μορφοποίησης σάκου και βαλβίδες παροχέτευσης , σε διαστάσεις 250X315cm Κάλτσα stockinette 25X120cm ελαστική και αδιάβροχη. Αδιάβροχο σχιστό κάλυμμα με αυτοκόλλητο 150X180cm Κάλυμμα τραπεζιού Mayo 1 Μπλούζα εργαλειοδοσίας 1 Μπλούζα υπερενισχυμένη X-Large αδιάβροχη 1 Κάλυμμα τραπεζιού αδιάβροχο με αντιολισθητική ενίσχυση. | | | | | | |
| 47 | 6204 | Συλλέκτες βελονών ατραυματικών ραμμάτων και λεπίδων. 30 θέσεων αποστειρωμένοι με ασφαλές κλείσιμο & διπλό μαγνήτη , με ειδική εγκοπή για την αφαίρεση λεπίδων , με δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος κατά την απόρριψη. | TEM | 2.000 | 1,80 | 24% | 2,23 | 4.464,00€ |
| 48 | 6707 | ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ Tampon Anal 80x30mm | TEM | 50 | 11,40 | 13% | 12,88 | 644,10€ |
| 49 | 5929 | Παροχέτευσεις KEHR. | TEM | 30 | 8,70 | 24% | 10,78 | 323,64€ |
| 50 | 5257 | STRIPPER κισών. Καθετήρας σαφηνεκτομής μίας χρήσης , αποστειρωμένος, πλαστικός, ακτινοσκιερός, μήκους 90 cm περίπου. Να έχει δύο τουλάχιστον καλώδια πλαστικά, τρεις ελαίες διαφορετικού μεγέθους και λαβή συγκράτησης. | TEM | 30 | 28,50 | 24% | 35,34 | 1.060,20€ |
| 51 | 5446 | Γέφυρες κολοστομίας | TEM | 30 | 4,10 | 24% | 5,084 | 152,52€ |
| 52 | 5226 | Καθετήρες χημειοθεραπείας κλειστού άκρου με εμφυτεύσιμο τύμπανο, διάφραγμα σιλικόνης συμβατό με MRI. | TEM | 15 | 425,00 | 13% | 480,25 | 7.203,75€ |
| 53 | 5227 | Βελόνες παρακέντησης τυμπάνου, non coating, ασφαλείας (όλα τα νούμερα) | TEM | 10 | 2,10 | 24% | 2,604 | 26,04€ |
| 54 | 6557 | Ρόμπες (μπλούζες) χειρουργείου αποστειρωμένες μ. χ. ,με αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη. Non woven, σε μέγεθος XL Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. | TEM | 700 | 0,80 | 24% | 0,99 | 694,40€ |
| 55 | 6678 | ΡΟΜΠΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ NON WOVEN-LARGE Μπλούζα χειρουργείου μη διαπερατή στα υγρά και το οινόπνευμα. Ενισχυμένη στην πρόσθια επιφάνεια και τα μανίκια με απορροφητική εξωτερική επιφάνεια Με θερμοσυγκολλημένες ραφές στα μανίκια ώστε να διασφαλίζεται η μη διαπερατότητα από τα υγρά, τα βακτήρια και τους ιούς. Εάν υπάρχει αδιάβροχη επένδυση να είναι στην εσωτερική επιφάνεια. Αποστειρωμένη σε ακτινοβολία γ. Να επιτρέπει την αναπνοή του σώματος να μην προκαλεί εφίδρωση. Σε ασφαλή συσκευασία αποστείρωσης με εσωτερικό διπλωμένο φάκελο | TEM | 300 | 0,80 | 24% | 0,99 | 297,60€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|-----|-------|-----|-------|------------|
| | | για ασφαλή εφαρμογή άσηπτης τεχνικής από υλικό που να διασφαλίζει την διατήρηση της ασηψίας κατά το άνοιγμα του φακέλου. Με ελαττωμένη μηχανική μνήμη και άριστη συμπεριφορά υφάσματος. Να είναι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 και να κατατεθούν τα test σύμφωνα με αυτό. Να αποτελούν φραγμό κατά των μικροβίων Να είναι απαλλαγμένο από ανεπιθύμητα ξένα υλικά με μικροβιακή καθαρότητα και καθαρότητα. | | | | | | |
| 56 | 5784 | Κουστούμια χειρουργείου μίας χρήσης από non woven σε μεγέθη – L & XL . Αδιαφανή ή σκούρου χρώματος. | TEM | 300 | 0,65 | 24% | 0,80 | 241,80€ |
| 57 | 5274 | Αιμοστατικό ρινικό πώμα με cuff χωρίς σωλήνα αναπνοής | TEM | 270 | 34,00 | 24% | 42,16 | 11.383,20€ |
| 58 | 5874 | Νάρθηκας σιλικόνης για ρινικό διάφραγμα | TEM | 220 | 11,00 | 24% | 13,64 | 3.000,80€ |
| 59 | 7105 | Παροχτεύσεις σιλικόνης με αυλακωτά κανάλια επίπεδες και στρογγυλές με τροκάρ και δεξαμενή συλλογής υγρών. Να έχει τέσσερα κανάλια παροχέτευσης και αυλακώσεις σε όλο το μήκος .Να μην τσακίζει και να είναι μαλακό στους ιστούς BLAKE, No 15 | TEM | 30 | 7,80 | 24% | 9,67 | 290,16€ |
| 60 | | Παροχτεύσεις σιλικόνης με αυλακωτά κανάλια επίπεδες και στρογγυλές με τροκάρ και δεξαμενή συλλογής υγρών. Να έχει τέσσερα κανάλια παροχέτευσης και αυλακώσεις σε όλο το μήκος .Να μην τσακίζει και να είναι μαλακό στους ιστούς BLAKE, N 19 | TEM | 20 | 7,80 | 24% | 9,67 | 193,44€ |
| 61 | 5195 | Σάκος περισυλλογής λεπτού εντέρου σε ανοικτές επεμβάσεις κοιλίας. | TEM | 60 | 4,30 | 24% | 5,33 | 319,92€ |
| 62 | 6004 | Προστατευτικά γυαλιά χειρουργείου με σχήμα κατάλληλο για πλήρη κάλυψη και προστασία των οφθαλμών μιας χρήσης σε διάφορα μεγέθη. | TEM | 200 | 1,10 | 24% | 1,36 | 272,80€ |
| 63 | 5367 | Αυτοκόλλητες ταινίες σήμανσης χειρουργικών εργαλείων. | TEM | 5 | 13,20 | 24% | 16,36 | 81,84€ |
| 64 | 6179 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ -ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 5mmx330mm ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Μ.Χ. | TEM | 120 | 18,00 | 24% | 22,32 | 2.678,40€ |
| 65 | 5980 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 7X15 | TEM | 50 | 6,00 | 13% | 6,78 | 339,00€ |
| 66 | 5978 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 15X15 | TEM | 30 | 6,40 | 13% | 7,23 | 216,96€ |
| 67 | 6694 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 20X30 | TEM | 5 | 14,40 | 13% | 16,27 | 81,36€ |
| 68 | 5979 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 30X30 | TEM | 5 | 17,90 | 13% | 20,22 | 101,13€ |
| 69 | | Πλέγμα πολυπροπυλενίου φύλλα επίπεδα διαφόρων διαστάσεων 20X20 | TEM | 10 | 14,00 | 13% | 15,82 | 158,20€ |
| 70 | 5977 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκλήη Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος M . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία). | TEM | 10 | 42,10 | 13% | 47,57 | 475,73€ |
| 71 | 5969 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκλήη Β) PLUG – κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Να μην υπάρχει σήμανση με ακτινοσκοπικό νήμα Μέγεθος L . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά | TEM | 170 | 42,10 | 13% | 47,57 | 8.087,41€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--------|-----|--------|--------------------|
| | | στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία). | | | | | | |
| 72 | 5970 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου για βουβωνοκήλη Β) PLUG – κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος XL . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία). | TEM | 100 | 42,10 | 13% | 47,57 | 4.757,30€ |
| 73 | 5971 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) Β) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος L . Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία). | TEM | 2 | 280,00 | 13% | 316,40 | 632,80€ |
| 74 | 5972 | Πλέγμα πολυπροπυλενίου αραιής πλέξης για βουβωνοκήλη (light) B) PLUG –κώνος πολύπτυχος από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο. Μέγεθος XL , Ο κώνος να αποτελείται από ατραυματική βάση, εξωτερικό περίβλημα με πτυχώσεις και εσωτερικά πέταλα που να μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να προσαρμόζεται ανατομικά στο σώμα του ασθενούς σε μεγέθη. (Ο κώνος και το φύλλο να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία). | TEM | 2 | 284,00 | 13% | 320,91 | 641,84€ |
| 75 | 5953 | Πλέγμα VICRYL (δίχτυ) σπληνός απορροφήσιμο. | TEM | 2 | 260,00 | 13% | 293,80 | 587,60€ |
| 76 | 5957 | Πλέγμα για σπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Medium . Αυτοεκπτυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 6.3x6.3cm . | TEM | 4 | 368,00 | 13% | 415,84 | 1.663,36€ |
| 77 | 5956 | Πλέγμα για σπή τροκάρ, αποκατάστασης ομφαλοκήλης επιγαστρικής κήλης, Large . Αυτοεκπτυσσόμενα από ePTFE και δύο ιμάντες από πολυπροπυλένιο για την διευκόλυνση της καθήλωσης, διαφόρων διαστάσεων: 8x8cm . | TEM | 4 | 625,50 | 13% | 706,81 | 2.827,26€ |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ TEM 124.085 | | | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% | | | | | 25.530,00€ |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% | | | | | 51.994,00€ |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% | | | | | 28.848,40€ |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% | | | | | 64.472,00€ |
| | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 93.320,11 € |

| B | ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ | ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3) | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | Φ.Π.Α | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
|----|------------|---|---------------|----------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 1 | 5329 | Ελαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 2ml μέχρι και 8ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μιας χρήσης αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Με αστάκιση προέκταση. Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας μη επιστρεφόμενης ροής και πρόσθετο σάκο τοποθέτησης για να το μεταφέρει ο άρρωστος (από 3 έως 15ml/h). | TEM | 100 | 12,50 | 24% | 15,5 | 1.550,00 |
| 2 | 5330 | Ελαστομερείς αντλίες έγχυσης, για μετεγχειρητική αναλγησία, εναλλασσόμενης ροής , από 3ml μέχρι και 15ml ανά ώρα και όγκου 275 έως 300ml, μ.χ. αποστειρωμένα. Με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων. Με αστάκιση προέκταση. Με κλειστό κύκλωμα λειτουργίας μη επιστρεφόμενης ροής και πρόσθετο σάκο τοποθέτησης για να το μεταφέρει ο άρρωστος(από 2 έως 8ml/h). | TEM | 100 | 33,00 | 24% | 40,92 | 4.092,00 |
| 3 | 5880 | ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ (SOFNOLIME)-4,5Kg-5 LIT 2.5-5mm | TEM | 80 | 11,80 | 24% | 14,63 | 173,00 |
| 4 | | ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 6 28FR | TEM | 40 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 5 | 6782 | ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 6,5 26FR | TEM | 40 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 6 | 6103 | ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No 7 28FR | TEM | 50 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 7 | 6783 | ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No7,5 30FR | TEM | 100 | 1,50 | 24% | 1,86 | 186,00 |
| 8 | | ΡΙνοφαρυγγικοί αεραγωγοί με στρογγυλεμένο άκρο και σταθεροποιητή στην άκρη τους ώστε να μην προχωράει μέσα στο ρουθούνι. No8 30FR | TEM | 50 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 9 | | Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικό 250 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών. | TEM | 05 | 2,60 | 24% | 3,22 | 16,00 |
| 10 | 5349 | Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Παιδικό 500 ml και με βαλβίδα εξαέρωσης για τον έλεγχο αναπνοής των παιδιών. | TEM | 05 | 2,60 | 24% | 3,22 | 16,00 |
| 11 | 5350 | Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 1 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας . | TEM | 15 | 2,65 | 24% | 3,28 | 49,00 |
| 12 | | Ασκοί μηχανημάτων αναισθησίας (μερικών χρήσεων). Ενηλίκων 2 LITR. με συμβατό συνδετικό επιπλέον στους σωλήνες κυκλωμάτων αναισθησίας . | TEM | 20 | 2,65 | 24% | 3,28 | 66,00 |
| 13 | 5889 | Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες πλαστικοί εύκαμπτοι σε τρεις τουλάχιστον διαβαθμίσεις, με στρογγ. άκρο ,116.10 - MEDIUM | TEM | 30 | 1,70 | 24% | 2,11 | 63,00 |
| 14 | 5890 | Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Α) πλαστικοί,εύκαμπτοι,με διαβαθμίσεις SMALL | TEM | 30 | 2,00 | 24% | 2,48 | 74,00 |
| 15 | 5891 | "Οδηγοί για ενδοτραχειακούς σωλήνες: Β) για δύσκολη διασωλήνωση Eschmann 50,60 cm ,ευθεία και κυρτά LARGE | TEM | 30 | 1,70 | 24% | 2,11 | 63,00 |
| 16 | 6682 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης με <u>cuff</u> . Διαφανείς από θερμοευσταθιο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους μέγεθος 8 | TEM | 100 | 0,90 | 24% | 1,12 | 112,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 17 | 6797 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες χαμηλής πίεσης με cuff. Διαφανείς από θερμοευαίσθητο υλικό με cuff χαμηλής πίεσης να μην τσακίζουν εύκολα με αποστρογγυλεμένο άκρο, ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους Μέγεθος 7,5 | TEM | 200 | 0,90 | 24% | 1,12 | 224,00 |
| 18 | 6820 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 8 | TEM | 70 | 2,30 | 24% | 2,85 | 200,00 |
| 19 | 6901 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 7,5 | TEM | 70 | 2,30 | 24% | 2,85 | 200,00 |
| 20 | 6916 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 6,5 | TEM | 70 | 2,30 | 24% | 2,85 | 200,00 |
| 21 | 7034 | Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff Με spiral που να επιτρέπει την επαναφορά του σωλήνα στην αρχική του μορφή μετά από δίπλωμα χωρίς να τσακίζει. Ατραυματικός με αποστρογγυλεμένο άκρο για χρήση από στόμα και μύτη. Μέγεθος 5,5 | TEM | 70 | 2,30 | 24% | 2,85 | 200,00 |
| 22 | | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 2 ΧΩΡΙΣ CUFF | TEM | 40 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 23 | 6968 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 2,5 ΧΩΡΙΣ CUFF | TEM | 40 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 24 | 6970 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 3 ΜΕ CUFF | TEM | 40 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 25 | 6969 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ Ν 3,5 ΜΕ CUFF | TEM | 40 | 1,50 | 24% | 1,86 | 74,00 |
| 26 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 4.0MM | TEM | 50 | 1,60 | 24% | 1,98 | 99,00 |
| 27 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 4,5MM | TEM | 50 | 1,60 | 24% | 1,98 | 99,00 |
| 28 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 5MM | TEM | 60 | 1,60 | 24% | 1,98 | 119,00 |
| 29 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικοί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος Νο 5,5MM | TEM | 60 | 1,60 | 24% | 1,98 | 119,00 |
| 30 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με | TEM | 80 | 1,60 | 24% | 1,98 | 158,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|------|-------|-----|-------|----------|--|
| | | αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 6MM | | | | | | | |
| 31 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 6,5MM | TEM | 100 | 1,60 | 24% | 1,98 | 198,00 | |
| 32 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 7MM | TEM | 250 | 1,60 | 24% | 1,98 | 495,00 | |
| 33 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 7,5MM | TEM | 250 | 1,60 | 24% | 1,98 | 495,00 | |
| 34 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 8MM | TEM | 250 | 1,60 | 24% | 1,98 | 495,00 | |
| 35 | | Ενδοτραχειακοί σωλήνες αναισθησίας μίας χρήσης τύπου Lo-Contour . Υψηλής πίεσης υψηλού όγκου από θερμοευαίσθητο υλικό με όγκο αέρος του cuff έως 35ml και πίεση 25-30 mmHg, με αποστρογγυλεμένο άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκιεροί καθ'όλο το μήκος τους. Μέγεθος No 8,5MM | TEM | 100 | 1,60 | 24% | 1,98 | 198,00 | |
| 36 | 5852 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος No 3 | TEM | 10 | 15,00 | 24% | 18,60 | 186,00 | |
| 37 | 6599 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος No 4 | TEM | 10 | 15,00 | 24% | 18,60 | 186,00 | |
| 38 | 6600 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος No 5 | TEM | 10 | 15,00 | 24% | 18,60 | 186,00 | |
| 39 | 6877 | ΜΑΣΚΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ Μέγεθος No 6 | TEM | 10 | 15,00 | 24% | 18,60 | 186,00 | |
| 40 | 6760 | Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος No 1 | TEM | 50 | 0,22 | 24% | 0,27 | 14,00 | |
| 41 | 6759 | Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος No 2 | TEM | 50 | 0,15 | 24% | 0,19 | 10,00 | |
| 42 | 5197 | Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος No 3 | TEM | 400 | 0,15 | 24% | 0,19 | 76,00 | |
| 43 | 6683 | Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος No 4 | TEM | 400 | 0,15 | 24% | 0,19 | 76,00 | |
| 44 | 7034 | Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί Μέγεθος No 5 | TEM | 50 | 0,15 | 24% | 0,19 | 10,00 | |
| 45 | 5198 | Να είναι αντιμικροβιακά φίλτρα, εναλλάκτες ύγρανσης – θέρμανσης για ενήλικες και παιδιά. Με ηλεκτροστατική (100% υδρόφοβη) μεμβράνη φιλτραρίσματος σε συνδυασμό με υγροσκοπικό διάλυμα | TEM | 1000 | 1,15 | 24% | 1,42 | 1.420,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-----|------|-----|------|----------|
| | | <p>σελουλόζης , με διαποτισμό αντιμικροβιακής ουσίας για την αποφυγή ανάπτυξης και επιβίωσης μικροβίων.Να κατακρατούν τουλάχιστον το 99,999% των βακτηρίων και ιών. Να προσφέρουν 100% προστασία κατά των ιών για AIDS-HIV,Ηπατίτιδα C,σε υγρό περιβάλλον(κλινικό περιβάλλον ασθενή)και να υπάρχουν επίσημες μελέτες που το αποδεικνύουν. Για αναπνευστικούς όγκους 150-1200ml.</p> <p>Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl>97%</p> <p>Να έχουν χαμηλό βάρος<30 gr</p> <p>Αντίσταση ροής(ISO 9360)_< 2.7cm H₂O στα 60L/min</p> <p>Να έχουν νεκρό όγκο >50ml</p> <p>ΝΑ έχουν υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER LOCK.</p> <p>Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. Αποστειρωμένα με αιθυλενοξειδίο για 5 χρόνια. Η προέκταση να φέρει γωνιώδες DOUBLE SWIVEL.Το συνδετικό να είναι σταθερού μήκους 15cm από PVC.Να έχει λεία εσωτερική επιφάνεια SMOOTHBORE. Προεκτεινόμενο διπλής περιστροφής. Να φέρει καπάκι καπνογράφου.</p> | | | | | | |
| 46 | 6374 | <p>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΜΟΥΝΤ(ΑΠΟ PVC ΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 15cm) ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</p> <p>Αντιμικροβιακό φίλτρο κατασκευασμένο από πτυχώμενη(μηχανική)μεμβράνη κεραμικών μικροϊνών φιλτραρίσματος,αλλά να είναι ταυτόχρονα και εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης για ενήλικες και παιδιά ταυτοχρόνως. Η κατανομή των μικροϊνών να είναι τέτοια ώστε να σχηματίζονται πόροι που διασφαλίζουν την συγκράτηση των μικροοργανισμών. Το στοιχείο που λειτουργεί ως εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από Σελουλόζη. Να κατακρατά τουλάχιστον το 99,999% των βακτηρίων και ιών. Με επιπλέον μελέτες για τους μικροοργανισμούς:BACILLUS SUBTILIS και BACTERIOPHAGE MS-2.</p> <p>Για αναπνευστικούς όγκους 200-1500ML.</p> <p>Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl>99,99%.</p> <p>Αντίσταση ροής < 2.5cm H₂O στα 60L/min</p> <p>Να έχει νεκρό όγκο >67ml</p> <p>Να έχει χαμηλό βάρος<40 gr</p> <p>Να έχει απόδοση ύγρανσης>30mg/L σε V_T500ml για 24HR χρήση.</p> <p>Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER LOCK</p> <p>Για έναν ασθενή και μιας χρήσης. Αποστειρωμένα με αιθυλενοξειδίο για 5 χρόνια. Η προέκταση να φέρει γωνιώδες DOUBLE SWIVEL.Το συνδετικό να είναι σταθερού μήκους 15cm από PVC.Να έχει λεία εσωτερική επιφάνεια SMOOTHBORE.Να φέρει καπάκι καπνογράφου.</p> | TEM | 700 | 1,70 | 24% | 2,11 | 1.477,00 |
| 47 | 6517 | <p>ΦΙΛΤΡΑ ΑΣΘ.ΥΓΡΑΝ.ΘΕΡΜΑΝ.ΑΠΟΣΤ. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒ. ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ (HIV-ΗΠΑΤΙΤΙΔ. C,B - ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΘΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤ.ΣΥΝΔ.ΜΕ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟ (ΕΞΟΔΟΣ LUER-LOCK)</p> | TEM | 200 | 0,57 | 24% | 0,71 | 142,00 |
| 48 | 5179 | <p>Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης, ατραυματικές 22G με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και πρόσθετη βελόνη οδηγό 88mm.</p> | TEM | 250 | 2,78 | 24% | 3,45 | 863,00 |
| 49 | 6667 | <p>Βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης ,ατραυματικές 25G X 3 1/2 - 88mm με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες με κούμπωμα του οδηγού πάνω στην βελόνη ώστε να είναι σταθερή και πρόσθετη βελόνη οδηγό.</p> | TEM | 500 | 2,70 | 24% | 3,35 | 1.675,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-------|-------|-----|-------|----------|
| 50 | 5180 | ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (ΡΑΧ.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G22 x3&1/2,0,70x88mm.Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες. | TEM | 600 | 1,88 | 24% | 2,33 | 1.398,00 |
| 51 | 6573 | ΒΕΛΟΝ.ΟΣΦΥΟΝΩΤ.ΠΑΡΑΚ. Quinke (ΡΑΧ.ΑΝΑΙΣΘ.ΤΡΑΥΜ.) G22 x3&1/2,0,70x120mm .Με πλαστικό μπεκ οδηγού, εύκαμπτες, αποστειρωμένες. | TEM | 100 | 0,88 | 24% | 1,09 | 11,00 |
| 52 | 6175 | Σετ ραχιαίας παρακέντησης πλήρη με βελόνη 22G. Δύο χώρων ή δύο καταστρωμάτων. Βελόνη spinal 22G βελόνη εισαγωγή 18G. Χώρο τοποθέτησης του αντισηπτικού διαλύματος .Σπόγγους απολύμανσης με λαβίδες .Γάζες αποστειρωμένες. Σύριγγες των 2,5 έως 3ml με βελόνη 25G για τοπική αναισθησία. Σύριγγα των 5ml για αναρρόφηση και έγχυση του φαρμάκου. Να είναι τυλιγμένα με μακρύ οθόνιο αποστειρωμένο ώστε να μπορεί να ανοίγεται κατευθείαν και να χρησιμοποιείται στο χειρουργείο | TEM | 30 | 14,50 | 24% | 17,98 | 539,00 |
| 53 | 6166 | Σετ επισκληριδίου αναισθησίας πλήρη με καθετήρα epidural διαβαθμισμένο όχι μαλακό .Α)ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ EPIDURAL ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ .Β)ΣΥΡΙΓΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 10ML ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. Γ)ΒΕΛΟΝΗ ΤΟΥΗΥ 18G. Δ)ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 2,5ML ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. Ε)ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ .ΣΤ)ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ .Ζ)ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ . | TEM | 150 | 13,70 | 24% | 16,99 | 2.549,00 |
| 54 | 5863 | Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο Βελόνες ΤΟΥΗΥ. Συμβατό με τα πλήρη σετ. | TEM | 50 | 2,80 | 24% | 3,47 | 174,00 |
| 55 | 5864 | Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο. Καθετήρες συνεχούς έγχυσης με διαβαθμίσεις (όχι μαλακοί). Συμβατό με τα πλήρη σετ. | TEM | 50 | 5,00 | 24% | 6,20 | 310,00 |
| 56 | 5865 | Μεμονωμένο υλικό για επισκληρίδιο. Φίλτρα επισκληριδίου. Συμβατό με τα πλήρη σετ. | TEM | 50 | 1,90 | 24% | 2,35 | 118,00 |
| 57 | 7154 | Μικτά σετ επισκληριδίου και ραχιαίας πλήρη με κλειδωμα και χωρίς κλειδωμα. Βελόνη ραχιαίας 27 G X 5'' ,βελόνη ΤΟΥΗΥ 18 G ,καθετήρα EPIDURAL διαβαθμισμένο που να μην τσακίζει συμβατό με την βελόνη ΤΟΥΗΥ αποστειρωμένο. | TEM | 30 | 24,00 | 24% | 29,76 | 893,00 |
| 58 | 5253 | ΣΕΤ κυκλωμάτων αναισθησίας μίας χρήσης, συμβατά με τα υπάρχοντα μηχανήματα, προεκτεινόμενα. Δύο σωλήνες προεκτεινόμενοι να φτάνουν έως 2 μέτρα και να καταλήγουν σε σύνδεση Υ. Γωνία που να συνδέεται στον ενδοτραχειακό σωλήνα .Ένα ελεύθερο σωλήνα ,ασκό 2 λίτρων και συνδετικό που να συνδέει τον ασκό με τον ελεύθερο σωλήνα. ΜΕ ΘΥΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤ. Luer Lock | TEM | 500 | 6,00 | 24% | 7,44 | 3.720,00 |
| 59 | 7072 | ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Μ.Χ.ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ,ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 120CM ΜΕ ΕΞΤΡΑ ΣΩΛΗΝΑ 120CM ΚΑΙ ΑΣΚΟ 1L (MAPLESON) | TEM | 20 | 10,00 | 24% | 12,40 | 248,00 |
| 60 | 5360 | Αυτοκόλλητα επιθέματα στήριξης φλεβοκαθετήρων με βαλβίδα .Συνδυασμός διάφανου φιλμ πολυουρεθάνης και αυτοκόλλητης υφασμάτινης ουσίας για καλύτερη προσαρμογή στον φλεβοκαθετήρα, εξάλειψη των σμηγματογόνων ουσιών του δέρματος, αναπνοή του δέρματος στο σημείο εφαρμογής και υποαλλεργική δράση ,αδιάβροχο για την αποφυγή μικροβίων. Να φέρει χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε στην τοποθέτηση να μην κολλάει στα γάντια και καταστρέφεται. Να φέρει ταινίες αυτοκόλλητες για την καταγραφή ημερομηνίας τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα. Σήμανση CE σε κάθε συσκευασία καθώς και ημερομηνία λήξης. | TEM | 4.000 | 0,58 | 13% | 0,66 | 2.640,00 |
| 61 | 6555 | Αυτοκόλλητα επιθέματα διαφανή στήριξης επισκληριδίων καθετήρων Διαφανή , παραλληλόγραμμα με χάρτινο περίβλημα στην περίμετρο ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση στον άρρωστο χωρίς να κολλάει στα γάντια και να καταστρέφεται. | TEM | 600 | 1,69 | 13% | 1,91 | 1.146,00 |

| Μέγεθος 10 εκ. X 30εκ | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|-----|------------------------------|-------|-----|-------|-----------|
| 62 | 6695 | ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ ΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Drager | TEM | 30 | 21,00 | 24% | 26,04 | 781,00 |
| 63 | | ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΗ GEL) ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΔΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DRAEGER | TEM | 400 | 4,00 | 24% | 4,96 | 1.984,00 |
| 64 | 6767 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΟΦ. ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1,5m ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΗΧΑΝ. DRAEGER-M25780 | TEM | 10 | 35,00 | 24% | 43,40 | 434,00 |
| 65 | 5404 | Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 5CM | TEM | 10 | 10,88 | 24% | 13,49 | 135,00 |
| 66 | | Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 10CM | TEM | 10 | 8,90 | 24% | 11,04 | 110,00 |
| 67 | | Βελόνες νευροδιεγέρτη για περιοχική αναισθησία 15CM | TEM | 10 | 8,90 | 24% | 11,04 | 110,00 |
| 68 | 5783 | Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών ελαφριές από άριστης ποιότητας χαρτί με εσωτερική επένδυση πλαστικού και οπές με κυψελωτή διάταξη για να διαχέεται ο θερμός αέρας στο σώμα του ασθενούς απευθείας, ολόσωμες, κάτω σώματος, άνω σώματος για χρήση διεγχειρητικά με συνοδό εξοπλισμό. | TEM | 60 | 7,50 | 24% | 9,30 | 558,00 |
| 69 | 5644 | Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμ. 210cmX120cm με βαμβακερή επένδυση για την άνεση του ασθενούς, επένδυση αλουμινίου για την υποθερμία και ειδική επίστρωση (μη αγωγιμη) για την ασφάλεια κατά την διάρκεια των επεμβάσεων. Να είναι ακτινοδιαπερατά. Διάφορα μεγέθη και είδη (ποδονάρια, σκουφίες, ζακέτες μεμονωμένα και πλήρη set και κουβέρτες όλων των μεγεθών) 120*210cm | TEM | 500 | 6,75 | 24% | 8,37 | 4.185,00 |
| 70 | | ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 150 KGR, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΦΙΚΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ | TEM | 500 | 8,00 | 24% | 9,92 | 4.960,00 |
| 71 | 6509 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ.ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚ. N.4 | TEM | 10 | 4,50 | 24% | 5,58 | 56,00 |
| 72 | 6510 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΝΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΣΙΛΙΚ. N.5 | TEM | 30 | 4,50 | 24% | 5,58 | 167,00 |
| 73 | 6511 | ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Μ.Χ. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΓΛΩΤΤΙΚΗ ΜΠΑΡΑ No 3 | TEM | 10 | 4,50 | 24% | 5,58 | 167,00 |
| 74 | 6984 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ PORT ΤΥΠΟΥ HUBER ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣ. ΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 19GX25MM | TEM | 20 | 2,19 | 24% | 2,72 | 54,00 |
| 75 | 6987 | ΒΕΛΟΝ.ΓΙΑ PORT ΤΥΠΟΥ HUBER ΚΕΚΑΜ.ΓΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣ.ΚΩΔΩΝΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 20GX20mm | TEM | 20 | 2,19 | 24% | 2,72 | 54,00 |
| 76 | 6582 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ 6,5-15,0/6,5-15,0mm | TEM | 300 | 3,15 | 24% | 3,91 | 1.173,00 |
| 77 | 6608 | Ηλεκτρόδια για BIS (για την παρακολούθηση του βάθους ύπνωσης κατά την διάρκεια χειρουργείου). Αισθητήρες μέτρησης βάθους ύπνωσης σε ενιαία κατασκευή 4 ηλεκτροδίων με τη μέθοδο του διαφασματικού δείκτη BIS (συνοδός εξοπλισμός). | TEM | 400 | 25,00 | 24% | 31,00 | 12.400,00 |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ TEM. 14.825 | | | | |

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------|
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% | 3.350,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% | 3.786,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% | 43.827,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% | 54.346,00€ |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13% & 24% | 58.132,00€ |

| Γ | ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ | ΥΛΙΚΑ Μ.Ε.Θ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 3314000-3) | ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΡΙΣ ΦΠΑ | Φ.Π.Α. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |
|---|------------|--|---------------|----------|--------------------|--------|------------------|---------------|
| 1 | 6293 | Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπιός (BLU LINE), με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 ^ο . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC, να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ, για μακρά παραμονή. No 7 | TEM | 20 | 6,50 | 13% | 7,35 | 147,00€ |
| 2 | | Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπιός (BLU LINE), με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 ^ο . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC. να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ, για μακρά παραμονή. No 7,5 | TEM | 10 | 9,00 | 13% | 10,17 | 102,00€ |
| 3 | 6611 | Σωλήνας τραχειοστομίας με Cuff HI-LO και ενσωματωμένη αναρρόφηση EVAC , ακτινοσκοπιός (BLU LINE), με ατραυματικό άκρο με οπή και με ανατομική καμπύλη 105 ^ο . για καλύτερη εφαρμογή στην τραχεία. Να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο υλικό PVC. να έχει SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, να φέρει σωλήνα αναρρόφησης για εκκρίσεις άνωθεν του Cuff, να έχει ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER και ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένο άκρο ώστε να μην τραυματίζει, να κουμπώνει και να ασφαλίζει(ο οδηγός) με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέρχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Το Cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο μπαλόνι με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και πάνω να αναγράφεται το Νο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, Μ.Χ, για μακρά παραμονή. No 8 | TEM | 50 | 6,50 | 13% | 7,35 | 368,00€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-------|--------|-----|--------|-----------|
| 4 | 6846 | Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC, ατραυματικοί ,ακτινοσκοιροί, αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα. No 8,5 | TEM | 10 | 13,00 | 13% | 14,70 | 147,00€ |
| 5 | | Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC,ατραυματικοί ,ακτινοσκοιροί,αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα. No 8 | TEM | 10 | 13,00 | 13% | 14,70 | 147,00€ |
| 6 | 6291 | Σωλήνες τραχειοστομίας spiral από PVC,ατραυματικοί ,ακτινοσκοιροί,αποστειρωμένοι μεταβαλλόμενου μήκους για ειδικές ανατομικές ανάγκες. Να φέρει οδηγό και ταινία συγκράτησης(φακαρόλα)από υποαλλεργικό υλικό ,ελαστική ,φαρδιά για να αποτρέπει την πίεση στο δέρμα No 7,5 | TEM | 10 | 13,00 | 13% | 14,70 | 147,00€ |
| 7 | 6212 | Συνδεδετικά νεκρού όγκου μίας χρήσης αποστειρωμένο, λείου εσωτερικού τοιχώματος με εύκαμπτο ασφαλές σπιδάλ και με πώμα επιλογής εργασιών 15cm | TEM | 1.500 | 0,75 | 24% | 0,93 | 1.395,00€ |
| 8 | 5796 | Κυκλώματα .αναπνευστήρα αποστειρωμένα μήκους 180cm ,ενισχυμένα με εξωτερικό σπιδάλ πλήρως εύκαμπτα να μην τσακίζουν, με εσωτερική λεία επιφάνεια. Οι σωλήνες να είναι διαφανείς χωρίς υδατοπαγίδες,M.X ,με χαμηλό βάρος. | TEM | 300 | 2,80 | 24% | 3,47 | 1.041,00€ |
| 9 | 5866 | Μετατροπέας αρτηριακής πίεσης (TRANSDUSER) με ενσωματωμένο το μικροκύκλωμα μετατροπής, με συσκευή συνεχούς έκπλυσης, M.X αποστειρωμένα. | TEM | 300 | 11,00 | 24% | 13,64 | 4.092,00€ |
| 10 | 5999 | Προεκτάσεις αρτηρίας- σχήματος T, αποστειρωμένες μ.χ- με συνδεδετικό Luer slip για την σύνδεση με τον φλεβοκαθετήρα ή αρτηριακό καθετήρα να μην τσακίζουν και να φέρουν Clip ασφάλειας. | TEM | 400 | 0,50 | 24% | 0,62 | 248,00€ |
| 11 | 5207 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ: Α) FLL/MLL και μήκος 210 cm | TEM | 400 | 1,30 | 24% | 1,61 | 644,00€ |
| 12 | 5260 | ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ TRI-FLOO | TEM | 150 | 1,60 | 24% | 1,98 | 297,00€ |
| 13 | 6133 | Σάκοι παρεντερικής θρέψης των 3000 ml | TEM | 200 | 3,75 | 24% | 4,65 | 930,00€ |
| 14 | 6001 | Προεκτάσεις παροχής Οξυγόνου ,2 μέτρων | TEM | 500 | 0,30 | 24% | 0,37 | 185,00€ |
| 15 | 5848 | ΜΑΣΚΑ ΤΥΠΟΥ FACE TENT (Σκηνίδιο Προσώπου) ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 22MM ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ | TEM | 20 | 1,50 | 24% | 1,86 | 37,00€ |
| 16 | 6222 | Συνδεδετικό T για T- piece διάφανο, αποστειρωμένο, με δυνατότητα παροχής O2 (υποδοχή) που χρησιμοποιείται κατά την χορήγηση O2 από την τραχειοστομή. | TEM | 300 | 1,00 | 24% | 1,24 | 372,00€ |
| 17 | 5790 | Κρικοειδής σωλήνας 22 mm για T-PIECE, εύκαμπτος, διαφανής με εγκοπή ανά 10 cm. Συσκευασία των 30 περίπου μέτρων | TEM | 5 | 12,00 | 24% | 14,88 | 74,00€ |
| 18 | 6154 | Σετ διαδερμικής τραχειοστομίας χωρίς λαβίδα. | TEM | 2 | 100,00 | 24% | 124,00 | 248,00€ |
| 19 | 6382 | Φίλτρα τραχειοστομίας με θυρίδα αναρρόφησης και ενσωματωμένη υποδοχή χορήγησης O2. Να είναι μεταλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης,ώστε να θερμαίνει και να υγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα, να φέρει ανοιγόμενη θύρα που να επιτρέπει την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση του καθετήρα αναρρόφησης ,να είναι M.X και αποστειρωμένα. | TEM | 200 | 1,90 | 24% | 2,36 | 472,00€ |
| 20 | 6371 | Αντιμικροβιακό φίλτρο εναλλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης με μηχανική μεμβράνη φιλτραρίσματος υψηλής προστασίας. Το αντιμικροβιακό φίλτρο ύγρανσης –θέρμανσης να είναι κατασκευασμένο από πτυχωμένη (μηχανική) μεμβράνη κεραμικών μικρο-ινών φιλτραρίσματος. Οι μικρο-ίνες να κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζονται πόροι οι οποίοι να διασφαλίζουν την συγκράτηση των μικροβίων.Το στοιχείο το οποίο λειτουργεί ως εναλλάκτης ύγρανσης –θέρμανσης να είναι από σελουλόζη. Το φίλτρο να κατακρατά σύμφωνα με τη Διεθνή | TEM | 1.500 | 0,70 | 24% | 0,87 | 1.305,00€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-----|-------|-----|-------|-----------|
| | | βιβλιογραφία το 99.999% των Ιών και το 99,999% των βακτηρίων με επιπλέον μελέτες για τους μικροοργανισμούς BACILLUS SUBTILIS και BACTERIOPHAGE MS-2. Για αναπνευστικούς όγκους 200-1500ml. Απόδοση φιλτραρίσματος NaCl > 99,99% Να έχει αντίσταση ροής < 2,5 cm H ₂ O στα 60L/ml Να έχει χαμηλό βάρος < 38G Νεκρό όγκο < 67ml Να έχει απόδοση ύγρανσης > 30MG/L, σε VT 500ml για 24 H χρήσης Να έχει υποδοχή καπνογραφίας τύπου LUER_LOCK, αποστειρωμένο με αιθυλαινιξείδιο για 5 έτη και να είναι M.X | | | | | | |
| 21 | 5569 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΟΛ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚ. ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΔΙΑΣΤ. 8.5CMX11,5CM | TEM | 100 | 9,75 | 13% | 11,99 | 1.199,00€ |
| 22 | 6917 | Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαλίσει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, M.X και για μακρά παραμονή. No 6 | TEM | 40 | 15,00 | 13% | 18,45 | 738,00€ |
| 23 | | Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαλίσει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, M.X και για μακρά παραμονή No 7 | TEM | 20 | 15,00 | 13% | 18,45 | 369,00€ |
| 24 | | Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαλίσει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, M.X και για μακρά παραμονή No 7,5 | TEM | 40 | 15,00 | 13% | 18,45 | 738,00€ |
| 25 | | Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος, ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα, με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαλίσει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος, M.X και για μακρά παραμονή No 8 | TEM | 40 | 15,00 | 13% | 18,45 | 738,00€ |

| | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-----|-------|-----|-------|--------------------|
| 26 | | Σωλήνας τραχειοστομίας BLU-LINE (ακτινοσκιερός), με CUFF, με οπή για οδηγό σύρμα με ατραυματικό άκρο και με ανατομική καμπύλη 105° Ο σωλήνας να είναι από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC, να έχει άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI-LO σφαιρικού σχήματος ,ώστε να ασκεί πίεση σε διάφορα σημεία της τραχείας, Να φέρει ατραυματικό οδηγό με στρωγγυλεμένα άκρα , με εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER ο ο οποίος οδηγός να κουμπώνει και να ασφαρίζει με τον σωλήνα και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1 cm από το άκρο του σωλήνα. Να είναι αποστειρωμένος ,M.X και για μακρά παραμονή No 8,5 | TEM | 5 | 15,00 | 13% | 18,45 | 92,00€ |
| 27 | 5848 | Νεφελοποιητής μεγάλου όγκου μεταβλητής συγκέντρωσης για μηχανικό αερισμό χωρητικότητας 500mlΝα κάνει συγκέντρωση 28%-98% ,να είναι free latex, M.X και σε ξεχωριστή συσκευασία το κάθε τεμάχιο,να αναγράφει την ένδειξη minimum και maximum. Το δοχείο (σώμα) να είναι κατασκευασμένο από polyethelene και ο αντάπτορας από polycarbonate. | TEM | 10 | 2,00 | 24% | 2,48 | 248,00€ |
| 28 | 5697 | Καθετήρας Κύστεως με αισθητήρα (σένσορα) προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη. Να είναι 100% από σιλκόνη με ειδική επικάλυψη KEVLAR ώστε να μην τσακίζει ο αισθητήρας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε monitor. No 16 | TEM | 50 | 9,00 | 13% | 10,17 | 509,00€ |
| 29 | | Καθετήρας Κύστεως με αισθητήρα (σένσορα) προσδιορισμού θερμοκρασίας από την ουροδόχο κύστη. Να είναι 100% από σιλκόνη με ειδική επικάλυψη KEVLAR ώστε να μην τσακίζει ο αισθητήρας και να συνδέεται σε οποιοδήποτε monitor. No 18 | TEM | 50 | 9,00 | 13% | 10,17 | 509,00€ |
| 30 | | Πλήρες ατραυματικό set παρακέντησης θώρακα με τεχνική SELDINGER για αφαίρεση πλευρικών υγρών.Το set να περιέχει : Νυστέρι Νο 11. Βελόνα εισαγωγής 16G, σύριγγα, ειδικό οδηγό σύρμα εύκαμπτο με άκρο J ,διαστολέα 14 G,πλευρικό καθετήρα μήκους 30cmκαι 12 FR,συνδετικό για απευθείας ένωση με BILLAW, M.X ,αποστειρωμένο. | TEM | 10 | 80,00 | 24% | 99,20 | 992,00€ |
| 31 | | Αισθητήρας ενηλίκων έξι ηλεκτροδίων σε ενιαία κατασκευή για τη μέτρηση του βάθους της καταστολής, φασματικής συστοιχίας πυκνότητας και ασυμμετρίας. Αμφοτερόπλευρης τοποθέτησης με τη μέθοδο του διφασικού δείκτη, συμβατός με monitor, ενισχυτή BIS, να συνοδεύεται από το monitor μέτρησης του βάθους της καταστολής. | TEM | 10 | 80,00 | 24% | 99,20 | 992,00€ |
| 32 | | Συνδετικό κλειστού κυκλώματος για ρινογαστρικό σωλήνα. Είναι ειδική βαλβίδα που επιτρέπει την πρόσβαση σε εντερικά συστήματα δίχως να ανοίξει το κύκλωμα καθ όλη την διαδικασία της εντερικής διατροφής ή έγχυσης φαρμάκων ή αναρρόφησης από και προς τον καθετήρα . Είναι 3 way (LOPE2 VALVE) | TEM | 100 | 3,00 | 24% | 3,72 | 372,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% | | | | | | 5.265,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% | | | | | | 11.245,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% | | | | | | 5.950,00€ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% | | | | | | 13.944,00€ |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | | 19.894,00 € |

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13% | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| A | 25.530,00€ | 28.848,40€ | 51.994,00€ | 64.472,00€ |
| B | 3.350,00€ | 3.786,00€ | 43.827,00€ | 54.346,00€ |
| Γ | 5.265,00€ | 5.950,00€ | 11.245,00€ | 13.944,00€ |
| | | | | |
| | 34.145,00€ | 38.584,00€ | 107.066,00€ | 132.762,00€ |
| | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (13% & 24%) | | 141.211,00€ | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (13% & 24%) | | 171.346,00€ | | |

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

- 1) Γούναρη Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής
- 2) Ερμείδης Χρήστος, ΠΕ Νοσηλευτικής
- 3) Παπαδοπούλου Σοφία, ΤΕ Νοσηλευτικής