



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Σοφία

ΤΗΛ.: 2521350228

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ. Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 15.11.2019

Αρ.Πρωτ.: 14946

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (33141114-2) ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.18^η/2019, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Οικονομική τους προσφορά από **18.11.2019 έως και 25.11.2019 14:00μμ.**

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημέρες.

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται:

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (33141114-2,) ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ», υπόψη κας Παπαδοπούλου Σοφίας, ΤΗΛ.:2521350228, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Δευτέρα 25.09.2019 και ώρα 14:00 μ. μ.

Περιγραφή Προμήθειας

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΦΠΑ	ΚΑΕ	ΚΩΔ.ΕΙΔ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ €
1	6307	Τολύπια Γάζας,μη ακτινοσκιερά, διαστάσεων 30cmx30cm.	1.000	13%	1311	33141114-2	35	39,55
2	5375	Αυτοκόλλητη, υποαλλεργική πορώδης γάζα βισκόζης, για μετεγχειρητική κάλυψη, διαστάσεων 10cmx10cm.	40	13%	1311	33141114-2	47,2	53,336
3	5371	Αυτοκόλλητη, υποαλλεργική πορώδης γάζα βισκόζης, για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων, διαστάσεων 10cmx15cm.	40	13%	1311	33141114-2	64,8	73,224
4	5372	Αυτοκόλλητη, υποαλλεργική πορώδης γάζα βισκόζης, για μετεγχειρητική κάλυψη τραυμάτων, διαστάσεων 10cmx20cm.	100	13%	1311	33141114-2	234	264,42
5	7092	Γάζα κομπρέσα λαπαροσκοπική. Μη αποστειρωμένη, ακτινοσκιερή, από 100% βαμβάκι υψηλής ποιότητας, 18 κλωστές/cm ² . Βάρος μεγαλύτερο από 24gr/m ² και απαλλαγμένη από κάθε χημική ουσία. Διαστάσεων 40cmx40cm, 12ply.	40.000	13%	1311	33141114-2	9160	10350,8
6	6303	Τολύπια Γάζας από 100% βαμβάκι, ακτινοσκιερά,μη αποστειρωμένα, απαλλαγμένα από κάθε χημική ουσία. Διαστάσεων 30x30cm	7.000	13%	1311	33141114-2	238	268,94
		ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	48.180					
		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					9.779,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ						11.050,27

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ):

A. ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ) - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι από ύφασμα βαμβάκι 100%, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου **EN 14079:2003** - να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, τυχόν ελαττώματα ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.ο.κ.), χνούδια και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.α.).
- Θα είναι υψηλής απορροφητικότητας και σιδερωμένη. Δεν θα είναι ή θα φαίνεται λοξούφασμένη. Η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη θα είναι 90⁰ μοίρες.

- Να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση, με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, και το πάχος της κλωστής να είναι επίσης ισομετρικό σε όλη την ύφανση.
- Ως προς τον αριθμό κλωστών, ανά τετραγωνικό εκατοστό, θα ανήκει στον πέμπτο τύπο του Πίνακα 1 του προτύπου **EN 14079:2003**:

Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό (cm ²)	18
Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)	100±5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα	50
Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)	80±5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης	30
Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m ²)	24

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Οι γάζες να έχουν πλάτος 90 (±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα.
- Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIK ZAK) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90 cm, σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.
- Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο. Είναι απαραίτητο να παρέχουν προστασία από την υγρασία και να αντέχουν στη μεταφορά.
- Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται, και στην Ελληνική Γλώσσα, τα παρακάτω:
 1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής.
 2. Το είδος του περιεχομένου.
 3. Η ημερομηνία παραγωγής.
 4. Η ημερομηνία λήξης.
 5. Ο αριθμός παρτίδας.
 6. Οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος και διπλώσεις).
 7. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας.
 8. Η ένδειξη **ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ** με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.
 9. Η σήμανση **CE**.

B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΖΑΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α. 1, 2, 3) με την ακόλουθη **προσθήκη** στην παράγραφο 2 :

- Να φέρει ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα, Latex free, με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, ανά τριάντα (30) εκατοστά πλάτους υφάσματος, υφασμένο κατά μήκος της γάζας, ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.

- Οι διπλώσεις (ply) θα είναι 12, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

2. ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΑΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α. 1, 2, 3) με την ακόλουθη **προσθήκη** στην παράγραφο 2. :

- Να φέρουν ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα, Latex free, με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, ανά τριάντα (30) εκατοστά πλάτους υφάσματος, υφασμένο κατά μήκος της γάζας, ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.
- Να φέρουν κορδονάκι ασφαλείας καλά γαζωμένο και ακτινοσκιερό.
- Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένες περιμετρικά και διαγωνίως.
- Η συσκευασία να είναι ασφαλής κι εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο.
- Η ύφανση να είναι ορθογώνια και όχι λοξή.

3. ΓΑΖΕΣ ΑΠΛΕΣ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α. 1, 2, 3).

4. ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

- Γάζα τραχειοστομίας από μη υφασμένο (non woven) απορροφητικό υλικό μεγάλης αντοχής, τεσσάρων αναδιπλώσεων (4ply), χωρίς ατέλειες (χνούδια), διαστάσεων 10cm x 10cm.
- Να φέρει κάθετη σχισμή, μέχρι το κέντρο της, προκειμένου να προσαρμόζεται τέλεια στο σωλήνα τραχειοστομίας, καλύπτοντας παράλληλα την τομή του ασθενούς.

5. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α. 1, 2, 3) με την ακόλουθη προσθήκη:

- Να φέρει μία ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας, 45% τουλάχιστον θειικού βαρίου ανά τριάντα (30) εκατοστά υφάσματος.

6. ΚΟΜΠΡΕΣΑ ΑΠΛΗ ΜΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

Η απλή κομπρέσα θα είναι κατασκευασμένη από ύφασμα γάζας, όπως περιγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α. 1, 2, 3).

4. ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο **EN 14079:2003** που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε. Ο. Φ., Γ. Χ. Κ. κ.ο.κ). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 11.050,27 € με Φ. Π. Α. Τιμές άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00€ απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης του εν λόγω είδους.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
2. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
3. Να δηλωθεί η εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία για τα παρεχόμενα είδη, καθώς και η επάρκεια ανταλλακτικών, όπου δυναμικά μπορεί να χρειαστούν.

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού):

1. **Πιστοποιητικό ISO 9001** του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
2. Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004).
3. **Πιστοποιητικό ISO 13485** του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**