



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

*Γραφείο Προμηθειών
Διαχείριση Υγειονομικού Υλικού
Πληροφορίες: Μπαλτατζή Ιωάννα*

ΤΗΛ: 2521350256/319

ΦΑΞ: 2521020180

E-mail: diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr

Δράμα 05 /11/2019

Αρ. 14303

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συγκεκριμένα:

- Τις διατάξεις του Άρθρ. 2 / παραγρ.31 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.
- Τις διατάξεις του Άρθρ. 118 «Απευθείας ανάθεση» & 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης» περ. 3 του Ν.4412 περί Προμηθειών Δημοσίου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να υποβάλουν την προσφορά τους από **05/11/2019 έως και 08/11/2019** ή στο ΦΑΞ 2521020180 ή στο e-mail: diaxeirisi.ug.ulikou@dramahospital.gr .

Η Προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από:

1. ΕΚΕΒΥΛ- CMDN – CVP - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ (ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μη ένταξης του είδους σε κάποιο από τα προαναφερθείσα).
2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες / 6 μήνες./303
3. Σε περίπτωση μη αποδοχής της εν λόγω Πρόσκλησης, παρακαλούμε απαντήστε ΑΡΝΗΤΙΚΑ, με σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή της Διαδικασίας.
4. Σε περίπτωση που η Μειοδότηρια Εταιρεία δεν εκτελέσει το σύνολο της Παραγγελίας εντός 4-5 ημερών, αυτή θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΗ και το Νοσοκομείο θα περάσει στην αμέσως επόμενη Μειοδότηρια Εταιρεία, χωρίς εκ νέου ειδοποίηση.

5. Η προσφορά παρακαλώ να αναγραφεί σε ποιο αίτημα (αρ.πρωτοκ.) αναφέρετε

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ:

- 1.ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ 2-ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (030-190-110)
Σχολια.ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ DICEKTER-GRASPERI KARL-STORZ**
 - 2.ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ**
 - 3.ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ,ΣΣ ΣΕΤ ΑΠΟ 015 ΕΩΣ 040 ΣΕ STANDARD ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ**
 - 4.Ρίνες**
 - 5.ΑΜΑΛΓΑΜΑ ΑΝΑ 2000 DUETT 200 ΔΟΣΕΙΣ**
 - 6. MIC TEST STRIP VANCOMYCIN 0,016-256UGML 100TEST**
 - 7.ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ**
 - 8.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Μ.Χ. ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΤΗΣ STORZE**
 - 9.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CO2 ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΟΠΙΡΙΤΟΝΑΙΟ ΤΗΣ STORZE**
 - 10.ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ CO2 Μ.Χ.**
 - 11.ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ CO2 Π.Χ.ENDOFLATO**
 - 12.ΡΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΤΥΝΕΚ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛ.ΔΙΑΣΤ420Χ70Μ**
- ΣΧΟΛΙΑ.ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 2 ΟΨΕΙΣ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΥΦΥΛΙΝΗΣ (ΤΥΝΕΚ) & Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ & ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΔΙΟΔΟ ΣΤΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ Η2Ο2 ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STERRAD.
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 mm .
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ EN 868-1,5g-9
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΣΚΙΣΗΜΑΤΑ, ΤΡΥΠΗΜΑΤΑ .
ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΟΧΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΒΩΝΑ ΜΕ F 868-5 ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΛΩΝ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ**

**ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΗΨΕΩΣ & Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ STERRD**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ