



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Δασούτης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 2521350222

FAX: 2521025997

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 12.02.2020

Αρ.Πρωτ.: 2004

ΘΕΜΑ :

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΝ O<sub>2</sub> ΑFNOR ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα Άρθρα 2 (περ. 31), Άρθρ. 118 και Άρθρ. 120 (παρ.3), του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην Προμήθεια « **ΕΞΙ (6) ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΝ O<sub>2</sub> ΑFNOR ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ** » για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Δράμας , μετά από Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την συνεργασία με την υπηρεσία μπορούν να υποβάλουν την τεχνικο-οικονομική τους προσφορά από 12.02.2020 έως και 19.02.2020 14:00μμ.

**Διαδικασία Προμήθειας:**

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

**Περιγραφή Προμήθειας:**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΕ	CPV	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΑ O <sub>2</sub> ΑFNOR ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	6	1429	34913000-0	780,00€	24%	967,20€

2	ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ	4	1439	39300000-5	720,00€	24%	892,80€
----	ΣΥΝΟΛΑ	10	-----	-----	1.500,00€	-----	1.860,00€

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.860,00€ με Φ. Π. Α. Τιμές άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται.

**Υποβολή Προσφορών:**

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32,

με την ένδειξη «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΝ O<sub>2</sub> ΑΦΝΟΡ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ**»,

υπόψη του **Δαούτη Βασιλείου**, ΤΗΛ.:2521350222, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την **ΤΕΤΑΡΤΗ 19.02.2020 14:00μμ.**

**Χρόνος ισχύος προσφορών:**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες.

**Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.**

**Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:**

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **1.500,00€** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **3.000,00€** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

**ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Απαιτήσεις που επισυνάπτονται στην πρόσκληση.

**Ειδικό Όροι συμμετοχής:**

- Να δηλωθεί η εγγύηση που παρέχεται από την εταιρεία για τα παρεχόμενα είδη, καθώς και η επάρκεια ανταλλακτικών, όπου δυναμικά μπορεί να χρειαστούν.
- Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του είδους.

Ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει, πέραν της τεχνικο-οικονομικής, προσφοράς:

**Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

- Ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης, όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**

### **Αντικείμενο**

1. Προμήθεια διπλού ροομέτρου 02, με υγραντήρες, για σύνδεση στο δίκτυο διανομής οξυγόνου.
2. Προμήθεια ρυθμιστή κενού 0-760 mmHg επίτοιχο με δοχείο 1ος λίτρου (AFNOR)

Τα παραπάνω εξαρτήματα -συσκευές θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις λείψεις των δικτύων ιατρικών αερίων που βρίσκονται στο Νοσοκομείο μας.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

### **1) ΡΟΟΜΕΤΡΟ 02 ΔΙΠΛΟ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ**

- Τα ροόμετρα να είναι προελεύσεως του Ιταλικού εργοστασίου D-Z MEDICALE και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 0476
- Να έχουν διπλό ροόμετρο οξυγόνου, με ρυθμιζόμενη ροή από 0-15lt/min, με βήμα ρύθμισης 1 lt/min ρυθμιζόμενο μέσω περιστροφικού διακόπτη. Η δε ένδειξη της ποσότητας του παρεχομένου οξυγόνου να γίνεται με σωληνωτό όγκο-μετρητή.
- Να είναι κατάλληλα για την χρησιμοποίησή τους σε κεντρική εγκατάσταση οξυγόνου με τερματικές λήψεις, και να είναι εφοδιασμένα με ταχυσύνδεσμο κατάλληλο για σύνδεση με λήψεις οξυγόνου τύπου AFNOR ή DIN ή BS ή ENV737-6.
- Το κυρίως σώμα τους να είναι κατασκευασμένο από επιχρωμ ο.
- Να συνοδεύονται από υγραντήρα χωρητικότητας τσ άθραυστο υλικό  
(makralon) δυνάμενο να αποστειρώνεται σε ατμό 1210 ξυγόνου μεγάλης  
C για 15 λεπτά. Ο υγραντήρας να είναι εφοδιασμένος

διαμέτρου, και το καπάκι του υγραντήρα είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας. Να λειτουργούν με πίεση τροφοδοσίας: 3.5bar  $\pm$  10%

- Να λειτουργούν με πίεση τροφοδοσίας: 3.5bar  $\pm$  10%
- Σε εύρος θερμοκρασίας: από -20  $\div$  +60
- Διαστάσεων: 165x150x325 (mm)
- Με βάρος:  $\pm$ 1490 gr
- Και σε επίπεδα υγρασιών όπως:
  - Υγρασία στα 4 l/min. 20°C: 3 ml/hour
  - Υγρασία στα 12 l/min. 20°C: 9 ml/hour

## **2) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΕΝΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΥΠΟΣ : Vacusill 2 HV PC1 DISS**

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Εξοπλισμός αναρρόφησης, Vacusill 2 HV

που αποτελείται από:

-ρυθμιστή Vacusill HV Υψηλού κενού κλίμακα 0-100 kPa - 0-750 mmHg

-παγίδα νερού με βαλβίδα ασφαλείας

-Κενόμετρο 0-760mmHg

-Διακόπτη On-Off

**Υλικά:** σώμα ρυθμιστή από ABS-PC, κάλυμμα κενομέτρου από PC, O-ring σε NBR και σιλικόνη, πνευματικό μηχανισμό POM, σπείρωμα σύνδεσης εισόδου σε χρωμιωμένο ορείχαλκο.

Ακρίβεια: + 5%

Ροή: 90 L / min

Διαστάσεις: 240 x 86 x 86 mm

Βάρος: 310 g.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ**