



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Χριστοφυλλάκης Ευάγγελος

ΤΗΛ.: 2521350277

FAX : 2521025997

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΑΔΑ: 60ΠΚ4690ΒΡ-ΣΘ2

ΔΡΑΜΑ 19.06.2020

Αρ. Πρωτ.: 8905

#### ΘΕΜΑ :

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΖΥΓΩΝ – ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»**

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές αναλύονται και ορίζονται στα Άρθρα 2 (περ. 31), Άρθρ. 118 και Άρθρ. 120 (παρ.3), του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο (Φυσικό – Νομικό πρόσωπο) ο οποίος καλύπτει τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην Προμήθεια **«ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΖΥΓΩΝ – ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»** για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Οικονομική τους προσφορά από 19.06.2020 έως και 30.06.2020 ώρα 14:00μ.μ.

#### Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

**Ανώτατο συνολικό ποσό προσφοράς έως 14.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.**

#### Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα ημέρες (360) ημέρες.

#### Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ / Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΖΥΓΩΝ – ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ»,**

Υπόψη κου Χριστοφυλλάκη Ευάγγελου, ΤΗΛ.:2521350277, FAX :2521025997.

**Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 30.06.2020 και ώρα 14:00μ.μ.**

### Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφορά σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

### Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **1.500,00 €** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **3.000,00 €** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

### ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το **N.4412/2016**:

- Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση **Ένστασης κατά πράξης** της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης **κατά** της Διακήρυξης ή της **Πρόσκλησης**, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016).

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ / ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΚΑΕ	ΚΩΔ.ΕΙΔ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΖΥΓΟΙ – ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ	04	11.290,00€	24%	7127	33100000-1	14.000,00€

### Τεχνικές προδιαγραφές

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να υλοποιεί ταυτόχρονα ζύγιση και ανακίνηση των ασκών αίματος καθ' όλη την διάρκεια της αιμοληψίας.
2. Να είναι κατάλληλος για όλους τους ασκούς αίματος.
3. Να λειτουργεί αθόρυβα με τάση δικτύου 220 V/50Hz.
4. Να είναι απλός στην χρήση μικρού σχετικά όγκου και βάρους με ειδική βαλίτσα μεταφοράς η οποία και να γίνεται και βάση στήριξης.
5. Να διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
6. Να έχει αυτονομία σε περίπτωση διακοπής της τάσης δικτύου για 75 συλλογές ασκών αίματος .
7. Όταν η ενσωματωμένη μπαταρία δεν καλύπτει την ζητούμενη αυτονομία να υπάρχει επιπλέον μπαταρία τοποθετημένη στην ειδική βαλίτσα μεταφοράς.
8. Ο ανακινούμενος δίσκος που τοποθετούνται οι ασκοί να μπορεί να αποσπαστεί και να επανατοποθετηθεί εύκολα για τον καλύτερο καθαρισμό του.

9. Να γίνεται ανάδευση του αντιπηκτικού του ασκού με το συλλεγόμενο αίμα καθ' όλη την διάρκεια της αιμοληψίας για την αποφυγή θρόμβων.
10. Να διαθέτει όλους τους απαραίτητους αυτοματισμούς και συστήματα ασφάλειας για προστασία του χρήστη και του αιμοδότη.
11. Να έχει αυτόματη ρύθμιση ακριβείας ώστε να γίνεται ακριβής ζύγιση της ποσότητας αίματος που λαμβάνεται κατά την αιμοληψία έως τα 999ml. Η ακρίβεια όγκου να είναι +5 ml.
12. Η σχεδίαση της συσκευής να επιτρέπει την χρησιμοποίησή της αμφίπλευρα της πολυθρόνας αιμοληψίας. Να διαθέτει συνεχή ψηφιακή ένδειξη της λαμβανομένης ποσότητας αίματος και να διακόπτει αυτομάτως την αιμοληψία με ειδικό διακόπτη ροής (clamp) στο ποίο περνάει ο σωληνίσκος του ασκού αιμοληψίας όταν συμπληρωθεί η προκαθορισμένη ποσότητα.
13. Να διαθέτει οθόνη για την απεικόνιση:
  - a. Συλλεγόμενης ποσότητας αίματος.
  - b. Κατάσταση μπαταρίας.
  - c. Χρονική διάρκεια αιμοληψίας.
  - d. Ημερομηνία και ώρα.
14. Να προκαθορίζει τον όγκο του προς λήψη αίματος μεταξύ 0 και 999ml.
15. Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας με μικροεπεξεργαστή.
16. Να έχει οπτική και ηχητική ένδειξη για οποιαδήποτε ανωμαλία παρουσιάζεται κατά την αιμοληψία καθώς και το τέλος αυτής.
17. Να διαθέτει διακόπτη ροής αίματος ο οποίος να ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιτευχθεί η προκαθορισμένη ποσότητα ή χειροκίνητα όποτε χρειαστεί.
18. Να διαθέτει την δυνατότητα αποθήκευσης στην μνήμη προκαθορισμένους όγκους αίματος.
19. Να μπορεί να δεχτεί προαιρετικά bar code reader για να μπορεί ο χρήστης να περνάει πολύ εύκολα τα στοιχεία του ασκού.
20. Να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με πρόγραμμα LIS Νοσοκομείου.
21. Να υπάρχει αυτοδιαγνωστικό πρόγραμμα βλαβών και λαθών.
22. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία 3 έτη και παροχή ανταλλακτικών για δέκα 10 χρόνια.
23. Να συνοδεύεται με πιστοποιητικό CE MARK και ISO της κατασκευάστριας.
24. Το προϊόν να πληροί τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 93/42/EEC για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
25. Τα εγχειρίδια λειτουργίας των μηχανημάτων να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα και τα εγχειρίδια συντήρησης στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα .

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ**

**ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ**