



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες: Δασούτης Βασίλειος

ΤΗΛ.: 2521350222

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 03.11.2020

Αρ.Πρωτ.: 18371

ΘΕΜΑ :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (33141620-2) ,ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του **Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο, Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές, να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά στην προμήθεια των παρακάτω Ειδών για την κάλυψη πάγιων αναγκών του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την τεχνικοοικονομική τους προσφορά από **03.11.2020 έως και 11.11.2020 14:00μμ.**

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Διαγωνιστική Διαδικασία με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει τιμής.

Περιγραφή Προμήθειας :

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΚΑΕ	CPV	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜ ΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	1	7127	33141620-2	4.838,70€	24%	6.000,00€

Υποβολή Προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ/Τ.Κ.: 661 32, με την ένδειξη «**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ**», υπόψη του Δασούτη Βασιλείου, ΤΗΛ.:2521350222, FAX:2521025997.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τετάρτη 11.11.2020 και ώρα 14:00 μ. μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημέρες.

Τιμή προσφοράς:

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)**. Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ανώτατη τιμή προσφοράς ορίζεται το ποσό των 6.000,00€ με Φ. Π. Α., επί του συνόλου των ειδών. Τιμές άνω του προαναφερόμενου ποσού απορρίπτονται. Επιτρέπονται και τμηματικές προσφορές.

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **1.500,00€** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας.
- Για εντάλματα πληρωμής άνω των **3.000,00€** απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των εν λόγω ειδών.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις Απαιτήσεις που επισυνάπτονται στην πρόσκληση.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το **Ν.4412/2016**:

- Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση **Ένστασης κατά πράξης** της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης **κατά Διακήρυξης ή Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος**, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή αποκλεισμού):

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Με τον φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική/ Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να υποβάλλονται, **επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι πιστοποιητικά:**

- Έγκυρο **Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας** σειράς **ISO 9001** για τον προμηθευτή καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σειράς **ISO 13485** για τον κατασκευαστή. Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεχόμενο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) στις απαιτήσεις που ορίζει η Πρόσκληση.
- **Πιστοποιητικό συμμόρφωσης**, σύμφωνα με την **Υ.Α. ΔΥ85/Γ. Π. οικ./1348/2004** (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», εκτός εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν.
- Πλήρη τεκμηριωμένα **πιστοποιητικά σήμανσης CE** (Οδηγία 93/42/Ε.Ε. ή άλλη, εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τριακόσιες εξήντα (360)** ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα (05) πέντε μηνών.

Ο υποψήφιος Προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει, πέραν της τεχνικο-οικονομικής, προσφοράς:

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες καθώς και ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Ο υποψήφιος Προμηθευτής δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
- Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών (Ν. 3918/2011 Άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 4052/2012 Άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος/υπηρεσία δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών, τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της Πρόσκλησης, όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΣ (01) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Να προσφερθεί πλήρες σύστημα μεταφοράς νεογνών το οποίο να αποτελείται από τα κάτωθι :

- Φορητή θερμοκοιτίδα
- Φορητό monitor ζωτικών παραμέτρων
- Βαλίτσα επειγόντων περιστατικών με νεογνικό εξοπλισμό

Αναλυτικά να διέπεται από τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΦΟΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ:

1. Η υπό προμήθεια φορητή θερμοκοιτίδα θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, με διαφανή καλύπτρα διπλού τοιχώματος για καλύτερη διατήρηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της.
2. Να φέρεται σε πτυσσόμενη τροχήλατη βάση ρυθμιζόμενου ύψους του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει στατώ ορού και επιφάνεια τοποθέτησης monitor ή άλλων συσκευών. Να συνοδεύεται επίσης από ειδική βάση στήριξης - ασφάλισης της τροχήλατης βάσης εντός του ασθενοφόρου.
3. Να έχει τρία ανοίγματα για τα χέρια τύπου Iris (δύο μπροστά και ένα πλάγια) μία μεγάλη πόρτα στην πλευρά της θερμοκοιτίδας και μία στο πλάι. Να διαθέτει λυχνία φωτισμού του εσωτερικού της.
4. Να λειτουργεί με 220VAC/50 Hz, καθώς και με εξωτερική πηγή 12VDC. Να φέρει φορτιστή με επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών για ηλεκτρική αυτονομία της συσκευής.
5. Το πάνελ της θερμοκοιτίδας να είναι ηλεκτρονικό και με μια απλή επαφή στα κατάλληλα σημεία ελέγχου να επιλέγονται τουλάχιστον τα κάτωθι:
 - Επιλογή ελέγχου θερμοκρασίας αέρος ή δέρματος
 - Η επιθυμητή θερμοκρασία αέρος εντός της θερμοκοιτίδας
 - Η επιθυμητή θερμοκρασία δέρματος νεογνού
6. Επιλογή υπέρβασης ρύθμισης θερμοκρασίας πάνω από 37,5°C
7. Η θερμοκοιτίδα πρέπει να παρέχει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενδείξεις:

- Ένδειξη λειτουργίας με εναλλασσόμενο AC ή συνεχές ρεύμα DC
 - Ψηφιακή ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας
 - Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας αέρος εντός της θερμοκοιτίδας
 - Ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας δέρματος του νεογνού μέσω αισθητηρίου το οποίο προσφέρεται ως απαραίτητο εξάρτημα
 - Ένδειξη ισχύος θέρμανσης
 - Ένδειξη φόρτισης των μπαταριών
8. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις κάτωθι περιπτώσεις:
- Υψηλής θερμοκρασίας
 - Χαμηλής θερμοκρασίας
 - Υψηλής θερμοκρασίας θερμοστάτη
 - Πτώσης ισχύος μπαταρίας
 - Πλήρους διακοπής ρεύματος.
 - Διακοπής ή βλάβης του αισθητηρίου (Sensor) θερμοκρασίας
 - Πρόβλημα κυκλοφορίας αέρος
9. Να έχει είσοδο O₂ για εμπλουτισμό O₂ με δυνατότητα επίτευξης πυκνοτήτων 21 -60% τουλάχιστον.
10. Να διαθέτει σύστημα ύγρανσης του εισερχόμενου αέρα στο θάλαμο του νεογνού.
11. Με την θερμοκοιτίδα να προσφέρονται ένας κύλινδρος O₂ και ένας κύλινδρος αέρα με υποβιβαστή πίεσης και ροόμετρο, οι οποίοι θα ενσωματώνονται στο σώμα της θερμοκοιτίδας κι όχι στο τροχήλατο είτε σε προσαρτώμενο πλαϊνό σύστημα για την εξοικονόμηση χώρου αλλά και για μεγαλύτερη σταθερότητα του συστήματος.

ΦΟΡΗΤΟ MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ:

1. Το υπό προμήθεια monitor ζωτικών παραμέτρων να είναι πλήρες, καινούριο, αμεταχειρίστο, σύγχρονης τεχνολογίας, βάρους μικρότερου των 6 κιλών και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για χρήση σε νεογνά.
2. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε νεογνά και να αποτελεί ευέλικτη και εύχρηστη λύση για τη μεταφορά ασθενούς, χωρίς απώλεια ρυθμίσεων και δεδομένων παρακολούθησης.
3. Να λειτουργεί με τάση 220V/50Hz από ενσωματωμένο τροφοδοτικό, αλλά και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για ηλεκτρική αυτονομία 2 ωρών.
4. Να έχει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 10 ιντσών και ταυτόχρονης απεικόνισης τουλάχιστον 3 ταυτόχρονων κυματομορφών και όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων ψηφιακά.
5. Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με ειδικό περιστροφικό κουμπί και με τη χρήση λειτουργικών menu.
6. Να φέρει, απαραίτητα τα κάτωθι:
 - Ενισχυτή ΗΚΓ με 3πολικό και 5 πολικό καλώδιο
 - Ενισχυτή αναπνοής με δυνατότητα συναγερμού άπνοιας
 - Ενισχυτή αναίμακτης πίεσης NiBP με 3 περιχειρίδες νεογνών
 - Ενισχυτή κορεσμού οξυγόνου SpO₂ με αισθητήρες παιδών & νεογνών
 - Ενισχυτή θερμοκρασίας με αισθητήρα δέρματος
 - Ενσωματωμένο καταγραφικό 2 καναλιών με 20 ρολά καταγραφικό χαρτί
7. Να διαθέτει Trends για 24ωρη ταυτόχρονη παρατήρηση των παραμέτρων.
8. Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρύθμισης των ορίων για όλες τις παραμέτρους, γύρω από την τρέχουσα τιμή για την ταχύτερη έναρξη της παρακολούθησης του ασθενούς.

9. Να έχει την δυνατότητα ρύθμισης οπτικών και ακουστικών ορίων συναγερού για κάθε παράμετρο ξεχωριστά σε διαβαθμίσεις ανάλογα με την προτίμηση του χειριστή.

ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

1. Η προσφερόμενη βάλιτσα να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό αλουμίνιο, μικρού βάρους (**έως 5 kg**) και διαστάσεων περίπου **43x 34 x 19 cm**. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, κατάλληλη για έντονη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή χρήση.
2. Το εσωτερικό της να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό υλικό, να καθαρίζεται εύκολα και να έχει θήκες για την σωστή και ασφαλή τοποθέτηση και την ασφαλή μεταφορά του ιατρικού εξοπλισμού.
3. Να είναι κατάλληλη για μεταφορά και πλήρως εξοπλισμένη με τα εξής :
 - Θέση για 20 αμπούλες φαρμάκων
 - Ασκό αναζωογόνησης (Ambou) σιλικόνης, νηπίων / παιδών
 - Σετ τεσσάρων (4) μασκών σιλικόνης τύπου Rendell-Baker (No. 0-3)
 - Λαρυγγοσκόπιο με δύο παιδικά γλωσσοπίεστρα
 - Πιεσόμετρο με παιδική περιχειρίδα
 - Στηθοσκόπιο
4. Σετ νεογνολογικού/ παιδιατρικού εξοπλισμού, αποτελούμενο από:
 - Αναρρόφηση βλεννών βρεφών αποστειρωμένη
 - Τρεις (3) αποστειρωμένους καθετήρες αναρρόφησης
 - Στοματοφαρυγγικούς αεραγωγούς για νεογνά, νήπια, παιδιά και εφήβους
 - Παιδικούς τραχειοσωλήνες χωρίς μπαλονάκι διαφόρων μεγεθών
 - Λαρυγγικούς σωλήνες
 - Λαβίδα Magill για παιδιά
 - Οδηγό τραχειοσωλήνων για παιδιά
 - Φλεβικούς καθετήρες διαφόρων μεγεθών

**Για το Γ. Ν. Δράμας
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ