



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ**

*Τμήμα Προμηθειών*

*Πληροφορίες:* Μπέλα Αναστασία

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

**ΔΡΑΜΑ 10-05-2023**

**Αρ.Πρωτ.: 8219**

**ΠΡΟΣ  
«ΑΙΜΕΔ» ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10<sup>η</sup>/2023**

**ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ**

**«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10<sup>η</sup> /2023 ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΑ 22 & 23, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.106.150,00€».**

Σας διαβιβάζουμε τις διευκρινίσεις, της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σχετικά με το αίτημα με αρ. πρωτ. 8219/09.05.2023 της εταιρείας «ΑΙΜΕΔ» ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

ΔΡΑΜΑ 09.05.2023

Πληροφορίες: Μπέλα Αναστασία

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

**«ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «AIMED» ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 10<sup>η</sup> /2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΑ 22 & 23, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.106.150,00€».**

Αναφορικά με το Αίτημα παροχής Διευκρινήσεων της εταιρείας «AIMED» ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την 10<sup>η</sup>/2023 Διακήρυξη (Α.Π. Γ.Ν. Δράμας: 8219/09.05.2023) σας ενημερώνουμε ότι:

**Για το είδος α/α 16. ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ** στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης εκ παραδρομής στην προδιαγραφή 20 ζητείται: «..... **ISO 27001** (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security) .....». Οι υπόλοιπες Τεχνικές Προδιαγραφές για το είδος α/α 16 ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ ισχύουν ως έχουν.

Τα παραπάνω ισχύουν, επί ποινή απόρριψης, απαρέγκλιτα για όλους τους συμμετέχοντες.

#### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανέστης Χατζηγεωργιάδης Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής

Ανδρέας Φαίτατζίδης Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Γεώργιος Δασκάλου ΤΕ Ραδιολόγων Ακτινολόγων