



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Μπέλα Αναστασία

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 30.06.2023

Αρ.Πρωτ.: 11426

ΠΡΟΣ :

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14η/2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ 14^η /2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 25, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00€.

Σας διαβιβάζουμε τις διευκρινίσεις, της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, σχετικά με το αίτημα με αρ. πρωτ. 11426/30.06.2023 της εταιρείας «SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.».

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

ΔΡΑΜΑ 30.06.2023

Πληροφορίες: Μπέλα Αναστασία

ΤΗΛ.: 2521350228

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ 14^η /2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 25, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00€.

Αναφορικά με το Αίτημα παροχής Διευκρινήσεων της εταιρείας «**SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.**» για την 14^η/2023 Διακήρυξη (Α.Π. Γ.Ν. Δράμας: 11426/30.06.2023) σας ενημερώνουμε ότι:

1) **Σελ. 85, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΔΕΚΤΗΣ), ΙΣΧΥΣ KW, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: > 15 kw**

Επιβεβαιώνουμε ότι είναι αποδεκτές τιμές ισχύος KW ίσες ή μεγαλύτερες των 15 KW.

2) **Σελ. 88, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΚΟΣΝΟΛΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗΣ (RECONS/SEC) ΜΗΤΡΑ 2562 100% FOV: ≥ 11.000**

Η μήτρα πρόκειται για 256 στη δεύτερα.

Τα παραπάνω ισχύουν, επί ποινή απόρριψης, απαρέγκλιτα για όλους τους συμμετέχοντες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χατζηγεωργίου Σπυρίδων (Ιατρός με βαθμό Διευθυντή ειδικότητας Παιδιατρικής)

Φαϊτατζίδης Ανδρέας Προϊστάμενος Τμήματος Βιοϊατρικής

**Ματσουκατίδης Παναγιώτης (Ιατρός με βαθμό Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Μαιευτικής
Γυναικολογίας)**