



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Αποστολίδου Παρθένα

ΤΗΛ.: 2521350222

E-mail: [grafeio.promithion@dramahospital.gr](mailto:grafeio.promithion@dramahospital.gr)

URL: [www.dramahospital.gr](http://www.dramahospital.gr)

Ταχ. Δ/ση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

ΔΡΑΜΑ 10.10.2024

Αρ.Πρωτ.: 17082

ΠΡΟΣ  
MEDICIN A. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε  
ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26<sup>η</sup>/2024

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26<sup>η</sup>/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ -  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ»

Σας γνωστοποιούμε σχετικά με τον Διαγωνισμό του Γ.Ν Δράμας με Αριθμό Διακήρυξης 26/2024 και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (01 ΓΕΝΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 358427) / (02 ΛΟΙΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 358438) Προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ- ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ τις παρακάτω διευκρινήσεις:

**1η Διευκρινιστική Απάντηση:**

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές των συστημάτων μέτρησης γλυκόζης θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες Οδηγίες και Κανονισμούς της Ε.Ε. (Κανονισμός 2017/746(ΕΕ) in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, Οδηγία 2011/65/ΕΕ Περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία RoHS), Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012(Reach), Οδηγία 2015/863/ΕΕ Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών, Οδηγία 2014/53/ΕΕ για τις Ιατρικές Συσκευές (RED).

**2η Διευκρινιστική Απάντηση:**

Δεν θέλουμε συστήματα (ταινίες μέτρησης – μετρητές) που να λειτουργούν με δοκιμή ποιοτικού ελέγχου κατά το άνοιγμα συσκευασιών ταινιών μέτρησης για ασφαλή χρήση των δικαιούχων. Ενδεικτικά ο αριθμός τους να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20τεμ. και να έχουν κωδικό Ε.Ο.Φ.

**3η Διευκρινιστική Απάντηση:**

Δεν μπορούμε να ορίσουμε με ακρίβεια τον απαιτούμενο αριθμό των μοναδικών κωδικών αποζημίωσης (άυλα barcodes) για τους δικαιούχους του Ν. 4368/2016. Να έχουν πιστοποιητικό αποζημιούμενων προϊόντων από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

**4η Διευκρινιστική Απάντηση:**

Ο αριθμός των συσκευών τρυπήματος (στυλό) για τους δικαιούχους του Ν.4368/2016 υπολογίζονται στα 70τεμ. εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται στο κίτ του μετρητή και να έχουν κωδικό Ε.Ο.Φ.

**5η Διευκρινιστική Απάντηση:**

Η διάρκεια ζωής των ιατρικών συσκευών (μετρητές γλυκόζης) που θα συνοδεύουν τις προσφερόμενες ταινίες μέτρησης γλυκόζης αίματος ανέρχεται τουλάχιστον σε τρία έτη.



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
Ν.Γ. ΔΡΑΜΑΣ